

CAPITOLATO TECNICO

REQUISITI SPECIFICI MINIMI E INDISPENSABILI DEL PRODOTTO, PENA ESCLUSIONE

I prodotti oggetto dell'appalto devono obbligatoriamente essere:

- Conformità alle norme: conformi alla normativa vigente e marcati CE
- Fornibili al SSN e, pertanto, in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge
- Forniti in imballaggi idonei a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, nonché l'integrità dei prodotti durante il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda prima dell'installazione.

Caratteristiche minime indispensabili	<ul style="list-style-type: none">- apparecchiatura ad infrarossi stand-alone a 2 canali- dimensioni compatte- elevata accuratezza- display a colori e stampante integrati nello strumento- tempo di lettura di circa 5 minuti ad esame- possibilità di stampa referto immediata a fine lettura
I dispositivi dovranno essere forniti di tutti gli accessori, adattatori, raccordi ed i collegamenti per il loro perfetto funzionamento. In caso di assenza, dovranno essere forniti a titolo gratuito.	

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La fornitura dovrà essere comprensiva di smontaggio dispositivi esistenti, trasporto, consegna presso il reparto di installazione, montaggio, installazione, collaudo, oltre a quanto sopra descritto.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad effettuare tutte le operazioni richieste nei tempi e con le modalità richieste dalla SA in fase di sopralluogo e compatibilmente con l'attività clinica svolta nei singoli reparti, anche nelle giornate di sabato e domenica e in più giornate.

L'aggiudicatario, in fase di collaudo dovrà farsi carico dell'addestramento degli operatori all'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il Servizio incaricato, all'installazione della strumentazione non oltre 45 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di consegna, o in alternativa, dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dalla Stazione Appaltante. L'accettazione dell'apparecchiatura è subordinata al reperimento, da parte della ditta, della necessaria autorizzazione all'installazione da parte del RUP.

Entro 20 (venti) giorni dalla consegna o dal collaudo, alla presenza di RUP/DEC, saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni di utilizzo, il funzionamento degli strumenti consegnati, ed il possesso dei requisiti minimi richiesti. In caso di esito positivo delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo. In caso di esito negativo, la ditta aggiudicataria, senza pretendere alcun onere da parte di quest'Azienda, dovrà consegnare in sostituzione prodotti conformi alle richieste (anche di altro produttore), previa accettazione dei prodotti sostitutivi da parte del RUP.

La ditta si impegna inoltre a fornire, all'atto della prima consegna delle apparecchiature, manuale d'uso in lingua italiana (una copia cartacea ed una copia su supporto elettronico), schema di installazione, copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di sicurezza.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Il periodo di garanzia è di 24 mesi su tutte le componenti fornite.

La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo di noleggio (24 mesi), di ogni onere relativo alla manutenzione (preventiva e correttiva) dell'apparecchiatura e dovrà garantirne la completa funzionalità e, di conseguenza, garantire assistenza "full risk" omnicomprensiva (**nessuna** parte di ricambio esclusa; restano esclusi i danni dovuti a dolo, negligenza, uso improprio).

Da restituire firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione.