


QUESTIONARIO TECNICO
CARATTERISTICHE GENERALI
MODELLO APPARECCHIATURA OFFERTA 3 POSTI:
MODELLO APPARECCHIATURA OFFERTA 2 POSTI:
MODELLO APPARECCHIATURA OFFERTA 1 POSTO:
CND E REPERTORIO:

REQUISITO RICHIESTO	POSSESSO REQUISITO	DESCRIZIONE TECNICA DEL REQUISITO
Ogni lavabo dovrà essere realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Vasca unica superiore sagomata spessore 12/10 trattata con antirumore adesivo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Piletta di scarico corredata di griglia stampata inox AISI 304 ribassata rispetto al piano fondo vasca, con dispositivo anti ritorno, senza tappo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Alzatina a parete (altezza indicativa di mm 420) con inserimento di gruppi erogatori elettronici con comando a fotocellula per erogazione ed interruzione dell'acqua.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Bocche d'erogazione (in numero uguale ai posti richiesti) applicate su alzatina a parete ad altezza ergonomica, realizzate in acciaio inossidabile AISI 304 lucido, dotate di filtro aeratore, smontabili ed autoclavabili.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Temporizzatore impostabile, posto all'interno del dispositivo, per l'interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua in caso di allontanamento dell'operatore senza aver interrotto l'erogazione dell'acqua.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dotato di miscelatore termostatico, con possibilità di regolazione della temperatura dell'acqua tramite manopola graduata con arresto di sicurezza a 37°C.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Pannellatura a copertura vasca perimetrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Completo di supporto per fissaggio a parete di cartongesso.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Il lavello andrà fissato a parete ad altezza congrua da terra	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Le tubazioni interne, realizzate in acciaio inox AISI 304 dovranno essere dotate di dispositivo di svuotamento automatico a fine lavaggio per evitare la crescita batterica nei tubi (o sistema equivalente)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Finitura non lucida, preferibilmente scotch brite.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Indicare dimensioni esterne di ingombro lavello a 3 posti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Indicare dimensioni esterne di ingombro lavello a 2 posti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Indicare dimensioni esterne di ingombro lavello a 1 posto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
conforme alla normativa vigente e marcati CE secondo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Valcamonica

**Fornitura di n. 7 UNITA' DI LAVAGGIO – BLOCCO OPERATORIO e
RIANIMAZIONE P.O. di Esine – CIG Z661D29991**

QUESTIONARIO TECNICO

la normativa 93/42/CEE e smi relativa ai Dispositivi Medici		
Altre caratteristiche migliorative che il fornitore desidera segnalare		

Il Legale Rappresentante
