

CAPITOLATO TECNICO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, PENA ESCLUSIONE

TIPOLOGIA	SPECIFICA	DOCUMENTO DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA
Idoneità professionale	Nessun requisito aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla piattaforma informatica MEPA/SINTEL	
Capacità tecnica e professionale	possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001	copia del certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità

REQUISITI SPECIFICI MINIMI E INDISPENSABILI DEL PRODOTTO, PENA ESCLUSIONE

I prodotti oggetto dell'appalto devono obbligatoriamente essere:

1. Conformità alle norme: conformi alla normativa vigente e marcati CE secondo la normativa vigente (2006/42/CE Direttiva Macchine – 2006/95/CE Bassa Tensione – 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica).
2. Fornibilità: fornibili al SSN e, pertanto, in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge
3. Confezionamento: forniti in imballaggi idonei a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, nonché l'integrità dei prodotti durante il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda prima dell'installazione.

La fornitura è relativa a **nr. 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI/VACCINI** da installare c/o i locali del Distretto di Darfo B.T. - Dipartimento Prevenzione Medica - settore vaccinazioni - 1° piano

Caratteristiche minime indispensabili	Struttura verticale, con unità refrigerante integrata Capacità totale: circa 700 lt Temperature di esercizio: +4°C Sistema di comando e controllo elettronico Display per impostazione e visualizzazione della T di funzionamento Compressore frigorifero con gas refrigerante ecologico Dotazione minima di n.5 ripiani con guide antiribaltamento Porta cieca, dotata di isolamento, con chiusura a chiave (n.2 chiavi in dotazione) e con struttura e finitura identiche a quelle del frigorifero Illuminazione interna con attivazione contemporanea all'apertura della porta Struttura in acciaio Rivestimento interno in acciaio AISI 304, preferibilmente Scotch-brite Rivestimento esterno in acciaio o resine Isolamento in poliuretano espanso senza CFC Spessore medio isolante 40mm Ventilazione forzata Sbrinamento automatico Foro passante per posizionamento sonda temperatura aggiuntiva Allarme temperatura Allarme porta aperta Sbrinamento automatico Livello di rumorosità <52dB Dotata di 4 piedini regolabili in altezza
--	--

I dispositivi dovranno essere forniti, dotati di tutti gli accessori, adattatori, raccordi ed i collegamenti per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza, dovranno essere forniti

CAPITOLATO TECNICO

a titolo gratuito.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conforme alle richieste del capitolato. L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte del RUP della corrispondenza tra i prodotti offerti e i requisiti richiesti da capitolato.

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, consegna presso il reparto di installazione (Distretto di Darfo B.T. - Dipartimento Medicina Preventiva - settore vaccinazioni - 1° piano), montaggio, installazione, collaudo e formazione (addestramento degli operatori all'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura).

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il RUP, all'installazione della strumentazione non oltre 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di consegna, o in alternativa dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dalla Stazione Appaltante. L'accettazione dell'apparecchiatura è subordinata al reperimento, da parte della ditta, della necessaria autorizzazione da parte del RUP.

Entro 20 (venti) giorni dalla consegna o dal collaudo, alla presenza di RUP/DEC, saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni di utilizzo, il funzionamento degli strumenti consegnati, ed il possesso dei requisiti minimi richiesti. In caso di esito positivo delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo. In caso di esito negativo, la ditta aggiudicataria, senza pretendere alcun onere da parte di quest'Azienda, dovrà consegnare in sostituzione prodotti conformi alle richieste (anche di altro produttore), previa accettazione dei prodotti sostitutivi da parte del RUP.

La ditta si impegna inoltre a fornire, all'atto della prima consegna delle apparecchiature, manuale d'uso in lingua italiana (una copia cartacea ed una copia su supporto elettronico), manuale di service, schema di installazione, copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di sicurezza, schede di sicurezza in originale dei materiali di consumo, ove presenti.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Il periodo di garanzia è di 24 mesi full-risk.

La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo di garanzia (24 mesi), di ogni onere relativo alla manutenzione (preventiva e correttiva) dell'apparecchiatura e dovrà garantirne la completa funzionalità e, di conseguenza, garantire assistenza "full risk" omnicomprensiva (**nessuna** parte di ricambio esclusa, neppure componenti consumabili di cui periodicamente l'apparecchiatura necessita la sostituzione) ed almeno n.1 manutenzione preventiva annua, o comunque un numero di manutenzioni preventive congruente a quanto previsto dal fabbricante nel manuale d'uso. Dovranno quindi essere compresi tutti gli interventi di manutenzione (preventiva e correttiva) dovuti alla normale attività; restano esclusi i danni dovuti a dolo, negligenza, uso improprio.

GARA IN FORMA AGGREGATA E CLAUSOLA DI ADESIONE

In ottemperanza alla DGRIX/2633/2011 e alla DGR X/4702/2015 l'ASST della Valcamonica con decreto n.182/2016 ha sottoscritto un accordo interaziendale per attivare modalità di acquisto con le aziende sotto elencate, e valido per tutte le altre ASST/ATS che lo avranno sottoscritto al momento dell'aggiudicazione della presente gara.

Le Aziende che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono:

- ASST DELLA VALCAMONICA;
- ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO;
- ASST LARIANA;
- ASST DEI SETTE LAGHI;

CAPITOLATO TECNICO

- **ASST DELLA VALLE OLONA;**

L'accordo consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, alle condizioni definite dalla procedura stessa.

In applicazione di quanto sopra, entro 12 mesi dall'ordinativo di fornitura sottoscritto con l'ASST della Valcamonica, ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende indicate (compresa l'ASST della Valcamonica) fino ad un ammontare massimo pari al 300% del valore aggiudicato, comunque non oltre il valore di € 40.000 (iva esclusa). La capofila e le Aziende in aggregazione preventiva non rientrano nel conteggio.

La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo all'aggiudicatario della gara.

In presenza di contratti di rivendita in esclusiva per zone territoriali diverse da quelle della stazione appaltante, le Aziende interessate potranno autonomamente formalizzare il subentro del rivenditore, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

La durata della fornitura coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita dalla gara originaria.

L'ASST della Valcamonica resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e ASST/ATS cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. **L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.**

* * *

Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al RUP Ing. Angelica Formentelli (tel. 0364.369461 – e-mail a.formentelli@asst-valcamonica.it).

Da restituire firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione.