



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0864 DEL 28 DIC. 2016

OGGETTO: Procedura aperta, tramite piattaforma telematica SinTel, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento del noleggio di sistemi di videoendoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni (CIG 6693803CF8): aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo :

F.to Ing. Angelica Formentelli

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr Marcello Acciaro

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Giuseppe Ferrari

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario ff:

F.to Dr.ssa Giuliana Pieracci

L'anno 2016, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con decreto n.311/2016 veniva indetta procedura aperta, tramite piattaforma telematica SinTel, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento del noleggio di sistemi di videoendoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni;

- il disciplinare di gara prevedeva di svolgere e aggiudicare la fornitura sulla base degli artt.59-60 del D.Lgs 50/2016 e smi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95 del D.Lgs 50/2016), attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione "SinTel";

- alla data di scadenza della presentazione delle offerte 15.7.2016 hanno presentato offerte le seguenti ditte:

- FUJIFILM ITALIA SpA;

- OLYMPUS ITALIA srl;

- PENTAX ITALIA srl;

- successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, con decreto n. 471/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;

- in data 4.8.2016 (verbale n.1) il seggio di gara, operando sulla piattaforma telematica SinTel, procedeva alla verifica della documentazione amministrativa, come da verbale allegato, e a seguito di tale verifica, risultavano ammesse alla fase successiva della procedura tutte le ditte sopracitate;

- in data 17.8.2016 (verbale n.2) il seggio di gara, operando sulla piattaforma telematica SinTel, procedeva alla verifica della presenza della documentazione tecnica prevista, ponendo di fatto tale documentazione a disposizione della Commissione Giudicatrice;

- la Commissione Giudicatrice sulla scorta di quanto indicato nel disciplinare di gara si è riunita nelle sedute del 24.8.2016 (verbale n.3), 15.9.2016 (verbale n.4), 17.11.2016 (verbale n.5), 23.11.2016 (verbale n.6) al fine di una puntuale formulazione dei giudizi con la conseguente trasformazione degli stessi nei punteggi tecnici definitivi;

- tali punteggi venivano quindi riportati sulla piattaforma SinTel, chiudendo di fatto la fase di valutazione tecnica. Da tale valutazione risultavano ammesse alla fase successiva economica tutte le ditte valutate;


- in data 5.12.2016 (verbale n.7) il seggio di gara procedeva alla comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerenti e contestualmente procedeva sulla piattaforma informatica all'apertura delle offerte economiche telematiche, completate dalla documentazione richiesta dal disciplinare di gara, verificandone la completezza e correttezza. Non riscontrando alcuna irregolarità nella documentazione, il seggio procede nella verifica e nella lettura del graduatoria proposta dalla piattaforma SinTel, così riassunta:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE	GRADUATORIA
FUJIFILM ITALIA SpA	57,50	€ 526.980,00	40,00	97,50	1
OLYMPUS ITALIA srl	47,13	€ 659.700,00	31,95	79,08	3
PENTAX ITALIA srl	47,65	€ 657.819,84	32,04	79,69	2

- da quanto si evince dalla tabella sopra riportata risultava miglior offerente la FUJIFILM ITALIA SpA, presentando un'offerta ritenuta anomala, essendogli stato attribuito più dei 4/5 del punteggio disponibile, sia nella qualità che nel prezzo;

- così come stabilito dagli artt.77 e 97 del D.Lgs 50/2016 la Commissione Giudicatrice in collaborazione con il RUP analizzava in data 7.12.2016 (verbale n.8) le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, andando ad approfondire anche le giustificazioni presentate dalla FUJIFILM ITALIA SpA, già in fase di presentazione dell'offerta, come richiesto dal disciplinare di gara. Da tale analisi la Commissione Giudicatrice riteneva congrua l'offerta, confermando la graduatoria proposta dalla piattaforma;

VISTI:



- il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutti gli elaborati di gara;
 - i verbali relativi alle fasi della procedura di gara, allegati al presente provvedimento;
 - la relazione del RUP predisposta ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n.50/2016 agli atti;
 - il report di procedura redatto dalla piattaforma SinTel, allegato al presente atto;
- RICHIAMATO il D.Lgs n.50/2016 e smi;

DATO ATTO che nel caso la normativa in materia e le "Regole di Gestione 2017" in fase di assegnazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione del presente atto;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario ff;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.X/4632 del 19.12.2015, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di approvare i verbali del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di prendere atto che le giustificazioni fornite dalla FUJIFILM ITALIA SpA primo in graduatoria sono tali da escludere che l'offerta sia da considerarsi anormalmente bassa;

3 - di aggiudicare ai sensi art.95 del D.Lgs 50/2016 alla FUJIFILM ITALIA SpA, ai sensi e per gli effetti della graduatoria di cui in premessa, il noleggio di sistemi di video-endoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni (CIG 6693803CF8), con attivazione presumibilmente in data 1.4.2017 e alle condizioni tecnico economiche previste dagli atti di gara e dall'offerta economica presentata, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

4 - che il costo derivante dal presente atto di € 642.915,60 (di cui € 115.935,60 per IVA al 22%) troverà copertura come segue:

dal 1.4.2017 al 31.12.2017	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 80.364,50
dal 1.1.2018 al 31.12.2018	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 107.152,60
dal 1.1.2019 al 31.12.2019	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 107.152,60
dal 1.1.2020 al 31.12.2020	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 107.152,60
dal 1.1.2021 al 31.12.2021	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 107.152,60
dal 1.1.2022 al 31.12.2022	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 107.152,60
dal 1.1.2023 al 31.3.2023	4803200 - Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed econom.	€ 26.788,10

5 - di nominare DEC, ai sensi degli artt.101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e in applicazione alla linea guida ANAC n.3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26.10.2016, il Dr Lucio Taglietti Direttore UO Chirurgia di Esine ;

6 - che i centri di costo relativi al presente provvedimento sono identificati nei codici 3160605 "Endoscopia Toracica" e 3160109 "Servizio di Endoscopia Digestiva Esine";

7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Raffaello Stradoni)

[Handwritten signature of Dr. Raffaello Stradoni]

[Handwritten initials and signature]

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
---	---

IL SOTTOSCRITTO	SERGIO BERTOCCHI		
NATO A	ORBETELLO (GR)	IL	20/05/1956
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	PROCURATORE		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	FUJIFILM ITALIA S.P.A.		
SEDE LEGALE in	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	Cap	20063
VIA/PIAZZA	SS 11 PADANA SUPERIORE	n° civ	2/B
TELEFONO	02/929741	N° Fax	02/92974417
PEC/MAIL	ufficiogare@fujifilm.it – ufficiogare@pec.fujifilm.it		
CODICE FISCALE	09435590154		
PARTITA IVA	11025740157		


Preso atto dei contenuti del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

BASE D'ASTA NON SUPERABILE PER 6 ANNI € 660.000,00 - (€110.000,00 ANNUI)

COMPONENTE	Q.TA'	CND	REPERTORIO	CANONE ANNUO	
				NOLEGGIO	MANUTENZIONE
Carrello medicale	2	Z12029003	72901	800,00	100,00
Videoprocessore	2	Z12020406	1397407	1.600,00	400,00
Fonte di luce (se non integrata nel videoprocessore)	2	Z12020402	1397478	1.600,00	400,00
Monitor	2	Z11900802	680090	700,00	120,00
Pompa di lavaggio	1	Z12019007	929309	150,00	50,00
Insufflatore CO2	1	Z12029008	1126787	400,00	50,00
VideogastroscoPIO standard	4	Z12020510	1416590	10.000,00	10.600,00
VideogastroscoPIO operativo	1	Z12020511	929305	2.300,00	2.700,00
VideogastroscoPIO nasale	1	Z12020510	1267993	2.300,00	2.700,00
VideoduodenoscoPIO	1	Z12020508	961498	2.300,00	2.700,00
VideocolonoscoPIO standard	4	Z12020606	1416554	12.000,00	10.600,00



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
--	---

Videocolonscopio pediatrico	1	Z12020606	1416094	2.500,00	2.700,00
Carrello medicale	1	Z12029003	72901	400,00	50,00
Videoprocessore	1	Z12020406	1397407	800,00	200,00
Fonte luminosa (se non integrata nel videoprocessore)	1	Z12020402	1397478	800,00	200,00
Monitor	1	Z11900802	680090	350,00	60,00
Videobroncoscopio	2	Z12020802	1397305	4.500,00	5.400,00
Sistema refertazione esami e collegamento RIS/PACS	1	Z11069082	193637	4.300,00	1.000,00
CANONE COMPLESSIVO ANNUO - IVA ESCLUSA				87.830,00	
CANONE COMPLESSIVO SEI ANNI - IVA ESCLUSA				526.980,00	

N.B. Il valore dell'offerta complessiva deve corrispondere alla somma dei singoli valori indicati

DATA..14/07/2016.... Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

FUJIFILM Italia S.p.A.
Un Procuratore
Sergio Bertocchi





**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI
SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6
ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8**

**VERBALE N.1
APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Questa Amministrazione, con decreto n.311/2016 ha predisposto gli atti relativi alla "procedura aperta telematica, per l'affidamento del noleggio di sistemi di videoendoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni (72mesi) – CIG 6693803CF8

In data 4.8.2016 alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara così composto:

- Angelica Formentelli - (RUP), presidente;
- Roberto Bonomelli, componente;
- Mariangela Fedriga, componente;

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

NOME E COGNOME	DITTA
Alessandra Marsano	FUJIFILM ITALIA SPA
Claudio Ferrero	OLYMPUS ITALIA SRL
Roberto Franchi	PENTAX
Franco Bruziches	PENTAX

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12,00 del 15.7.2016, come previsto dall'art.4 del disciplinare di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
----------------------------	---------------------------	--------------------------

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata:

DOCUMENTO RICHIESTO	FUJIFILM ITALIA SPA		OLYMPUS ITALIA SRL		PENTAX ITALIA SRL	
	presente	corretto	presente	corretto	presente	corretto
AUTOCERTIFICAZIONE	v	SI	v	SI	v	SI
MODELLO DGUE	v	SI	v	SI	v	SI
CONTRIBUTO ANAC	v	SI	v	SI	v	SI
GARANZIA PROVVISORIA (€13.200,00 / € 6.600,00)	v	SI	v	SI	v	SI
DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE	v	SI	v	SI	v	SI
CAPITOLATO TECNICO	v	SI	v	SI	v	SI

Dalle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa, le seguenti ditte risultano ammesse alla fase successiva.

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
----------------------------	---------------------------	--------------------------



Il sistema ha effettuato il sorteggio relativo all'operatore economico che deve presentare i documenti di comprova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
L'operatore economico sorteggiato è: **FUJIFILM ITALIA SPA**

Tale operatore dovrà presentare entro e non oltre la data del **14 agosto 2016** la seguente documentazione:

- per la capacità economico-finanziaria: presentazione di bilancio, o estratto di bilancio, dal quale si rilevi il fatturato specifico, corredato dall'elenco delle principali forniture o servizi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari;
- per la capacità tecnica: elenco delle riparazioni eseguite negli anni 2013/2014/2015 corredato dall'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.








Si procede quindi all'estrazione, tramite sorteggio dell'ordine secondo il quale verranno effettuate le prove pratiche. Si procede all'estrazione e l'ordine assegnato è il seguente:

1. **PENTAX ITALIA SRL**
2. **OLYMPUS ITALIA SR**
3. **FUJIFILM ITALIA SPA**

Si comunica alla Ditte presenti che, come indicato negli atti di gara, verrà data opportuna comunicazione circa le modalità e le tempistiche dell'esecuzione delle prove pratiche.

La seduta termina alle ore 11.35.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n. 2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto

COMPONENTI SEGGIO DI GARA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Angelica Formentelli	
Roberto Bonomelli	
Mariangela Fedriga - verbalizzante	
DITTE PARTECIPANTI	
NOME E COGNOME	FIRMA
Alessandra Marsano	
Claudio Ferrero	
Roberto Franchi	
Franco Bruziches	



Regione
Lombardia

ASL Vallecamonica-Sebino

ASST DELLA VALCAMONICA
Via Manzoni, 42 - 25040 ESINE (Bs)
C. Fisc. e Partita IVA: 03 775 830 981

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8

VERBALE N.2

VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

In data 17.8.2016 alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara così composto:

- Angelica Formentelli - (RUP), presidente;
- Roberto Bonomelli, componente;
- Mariangela Fedriga, componente;

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

NOME E COGNOME	DITTA
Claudio Ferrero	OLYMPUS ITALIA SRL

PREMESSO CHE:

In data 4.8.2016 in seduta pubblica il Seggio di gara ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa ed ha ammesso alla fase successiva i seguenti operatori economici:

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
---------------------	--------------------	-------------------

Il sistema ha effettuato il sorteggio relativo all'operatore economico che doveva presentare i documenti di comprova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'operatore economico sorteggiato è: FUJIFILM ITALIA SPA che in data 5.8.2016 ha trasmesso la documentazione richiesta.

Dall'analisi di tale documentazione, risulta confermata l'ammissione della FUJIFILM ITALIA SPA alle fasi successive di gara, in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto dichiarato.

Si procede quindi alla verifica della presenza della documentazione tecnica.

FUJIFILM ITALIA SPA	
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	presente
Dichiarazione CND/Repertorio	✓
Scheda tecnica ciascun prodotto	✓
Offerta senza prezzi	✓
Questionario tecnico	✓



Regione
Lombardia

ASL Vallecamonica-Sebino

ASST DELLA VALCAMONICA
Via Manzoni, 42 - 25040 ESINE (Bs)
C. Fisc. e Partita IVA: 03 775 830 981

OLYMPUS ITALIA SRL	
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	presente
Dichiarazione CND/Repertorio	v
Scheda tecnica ciascun prodotto	v
Offerta senza prezzi	v
Questionario tecnico	v

PENTAX ITALIA SRL	
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	presente
Dichiarazione CND/Repertorio	v
Scheda tecnica ciascun prodotto	v
Offerta senza prezzi	v
Questionario tecnico	v

Dalle verifiche effettuate sulla documentazione tecnica, le seguenti ditte risultano ammesse alla fase successiva.

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
---------------------	--------------------	-------------------

Il seggio di gara comunicherà alla Commissione Giudicatrice l'ammissione delle Ditte alla fase di Valutazione Tecnica che può pertanto procedere regolarmente.

La seduta termina alle ore 10.45.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n. 2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto

COMPONENTI SEGGIO DI GARA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Angelica Formentelli	
Roberto Bonomelli	
Mariangela Fedriga - verbalizzante	
DITTE PARTECIPANTI	
NOME E COGNOME	FIRMA
Claudio Ferrero	



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8**

VERBALE N.3

COMMISSIONE GIUDICATRICE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggi **24 agosto 2016** alle ore 14,00 presso la Direzione Medica di Presidio del P.O. di Esine si riunisce la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.471 del 21.07.2016.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Stenio Rosato - presidente;
- Dr. Bruno Compagnoni - componente;
- Dr.ssa Luisa Salada - componente;
- Mariangela Fedriga - segretario con funzione di verbalizzante – assente

PREMESSO CHE:

In data 17.8.2016 in seduta pubblica il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della presenza della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura di cui sopra. Da tale verifica sono stati ammessi alla fase di valutazione tecnica tutti gli operatori economici partecipanti, in particolare:

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
----------------------------	---------------------------	--------------------------

La Commissione procede alla lettura della documentazione di gara inerente la parte tecnica:

- Disciplinare di gara
- Capitolato Tecnico
- Comunicazioni e chiarimenti forniti dal RUP tramite piattaforma SINTEL.

Analizzando in particolare la parte relativa alla valutazione dei singoli elementi dei progetti, la Commissione decide di assegnare i coefficienti (ed i conseguenti pesi) arrotondati alla seconda cifra decimale (come espressi nel Disciplinare), avvalendosi di una apposita griglia, denominata "SCHEDA DI VALUTAZIONE".

La Commissione ritiene di procedere ad una prima lettura delle singole offerte tecniche e di riservare ad una seconda lettura l'attribuzione dei coefficienti provvisori, alla base del calcolo dei coefficienti definitivi e successivamente del punteggio tecnico, come previsto dal disciplinare. Questa fase di attribuzione dei coefficienti provvisori si svolgerà dopo l'esecuzione delle prove pratiche; ciascun componente attribuirà il proprio voto singolarmente, in modo palese e a rotazione.

Prima di procedere alla fase di lettura della documentazione tecnica presentata, la Commissione ritiene di dover definire tutti i dettagli tecnici necessari al fine di poter consentire a tutti gli operatori economici di svolgere la prova tecnica in tempi e con modalità idonee e identiche tra loro. Come risulta dal verbale n.1 "Apertura documentazione amministrativa" l'ordine assegnato per



l'esecuzione delle prove pratiche è il seguente:

1. PENTAX ITALIA SRL
2. OLYMPUS ITALIA SRL
3. FUJIFILM ITALIA SPA

DATE E MODALITA' DI ESECUZIONE PROVA PRATICA		
PENTAX ITALIA SRL	Dal 30.09.2016 al 6.10.2016	Il giorno 30.9.2016 sarà dedicato alle tarature e preparazione degli strumenti. Nelle giornate dal 3.10.2016 al 6.10.2016 compreso si svolgerà attività clinica di endoscopia digestiva. Il giorno 6.10.2016 verrà dedicato anche all'attività clinica di broncoscopia.
OLYMPUS ITALIA SRL	Dal 7.10.2016 al 13.10.2016	Il giorno 7.10.2016 sarà dedicato alle tarature e preparazione degli strumenti. Nelle giornate dal 10.10.2016 al 13.10.2016 compreso si svolgerà attività clinica di endoscopia digestiva. Il giorno 13.10.2016 verrà dedicato anche all'attività clinica di broncoscopia.
FUJIFILM ITALIA SPA	Dal 14.10.2016 al 20.10.2016	Il giorno 14.10.2016 sarà dedicato alle tarature e preparazione degli strumenti. Nelle giornate dal 17.10.2016 al 20.10.2016 compreso si svolgerà attività clinica di endoscopia digestiva. Il giorno 20.10.2016 verrà dedicato anche all'attività clinica di broncoscopia.

STRUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IN SEDE DI PROVA PRATICA	
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CARRELLO VIDEOPROCESSORE FONTE DI LUCE MONITOR N.1 VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO N.1 VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO N.1 VIDEOCOLONSCOPIO DIGNOSTICO N.1 VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO
ENDOSCOPIA TORACICA	CARRELLO VIDEOPROCESSORE FONTE DI LUCE MONITOR N.2 BRONCOSCOPI

Nelle date dedicate alla taratura e preparazione degli strumenti sarà presente un tecnico della Ditta Euromedical srl, responsabile della manutenzione della lavastrumenti.

La Ditta Euromedical srl, già pre-allertata da quest'Azienda, dovrà essere contattata via mail (info@euromedicalonline.it) dalle singole ditte offerenti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno



7.9.2016 al fine di definire i dettagli tecnico-economici (elenco strumentazione e reperimento raccordi).

La commissione, a questo punto, procede alla lettura delle offerte, in formato elettronico, secondo l'ordine dell'esecuzione delle prove pratiche.




Si prende in esame quindi l'offerta della PENTAX ITALIA SRL di cui viene data lettura dal Presidente; i commissari si soffermano sui singoli elementi di valutazione, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti.

Si procede quindi alla lettura della documentazione relativa all'offerta della OLYMPUS ITALIA SRL.

I lavori terminano alle ore 18,00 i documenti contenenti le offerte, memorizzati su supporto informatico dedicato, vengono conservati, in armadio chiuso a chiave, e ne detiene la custodia delle chiavi il Presidente della Commissione Giudicatrice.

La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.3 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
Rosato Stenio	
Bruno Compagnoni	
Luisa Salada	

Il presente verbale viene inviato al RUP al fine di predisporre le comunicazioni da inviare agli operatori economici offerenti per con tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della prova pratica.





PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8

VERBALE N.4

COMMISSIONE GIUDICATRICE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggi **15 settembre 2016** alle ore 11,00 presso la Direzione Medica di Presidio del P.O. di Esine si riunisce la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.471 del 21.07.2016.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Stenio Rosato - presidente;
- Dr. Bruno Compagnoni - componente;
- Dr.ssa Luisa Salada - componente;
- Mariangela Fedriga - segretario con funzione di verbalizzante - assente

La commissione prende in esame l'offerta della FUJIFILM ITALIA SRL di cui viene data lettura dal Presidente; i commissari si soffermano sui singoli elementi di valutazione, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti.




Durante la seduta successiva, che si terrà al termine delle prove pratiche, i singoli commissari esprimeranno i loro giudizi, con la conseguente attribuzione dei coefficienti provvisori.

I lavori terminano alle ore 13,00

I documenti contenenti le offerte, memorizzati su supporto informatico dedicato, vengono conservati, in armadio chiuso a chiave, e ne detiene la custodia delle chiavi il Presidente della Commissione Giudicatrice.

La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.1 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
Rosato Stenio	
Bruno Compagnoni	
Luisa Salada	





**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8**

VERBALE N.5

COMMISSIONE GIUDICATRICE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggi 17 novembre 2016 alle ore 13,00 presso la Direzione Medica di Presidio del P.O. di Esine si riunisce la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.471 del 21.07.2016.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Stenio Rosato - presidente;
- Dr. Bruno Compagnoni - componente;
- Dr.ssa Luisa Salada - componente;
- Mariangela Fedriga - segretario con funzione di verbalizzante

Per una spedita elaborazione dei diversi verbali della procedura, si conviene che da ora in poi i componenti della Commissione vengano così individuati:

Dr. Stenio Rosato	→	COMMISSARIO 1	→	GIUDIZIO 1
Dr. Bruno Compagnoni	→	COMMISSARIO 2	→	GIUDIZIO 2
Dr.ssa Luisa Salada	→	COMMISSARIO 3	→	GIUDIZIO 3

Così come stabilito nella seduta della Commissione del 24.8.2016, terminata la prima lettura della documentazione tecnica, si procede all'analisi approfondita dei singoli parametri di qualità esprimendo la valutazione e quindi attribuendo un coefficiente provvisorio per ciascun parametro, utilizzando l'apposita "SCHEMA DI VALUTAZIONE" predisposta precedentemente durante la prima seduta della Commissione Giudicatrice.

La Commissione procede con il medesimo ordine con cui sono state svolte le prove pratiche.

Vengono pertanto riesaminati i contenuti tecnici della documentazione presentata dalla PENTAX ITALIA SRL; ogni componente propone la propria valutazione alla quale corrisponde un coefficiente per ogni singolo parametro, come stabilito nel Disciplinare di gara e come riportato nell'allegato n.1 al presente verbale "Schema di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_PENTAX ITALIA SRL".



I lavori terminano alle ore 14,30.

I documenti contenenti le offerte, memorizzati su supporto informatico dedicato, vengono conservati, in armadio chiuso a chiave, e ne detiene la custodia delle chiavi il Presidente della Commissione Giudicatrice.

La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:



COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
Rosato Stenio	
Bruno Compagnoni	
Luisa Salada	
Mariangela Fedriga - verbalizzante	

Esine, 17 novembre 2016

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

1 - "Scheda di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_PENTAX ITALIA SRL"



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) - CIG 6693803CF8
--	---

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P.TI	PENTAX ITALIA SRL			
			GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	COEFF. PROVVISORIO
CARRELLO MEDICALE	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,80	0,80	0,90	0,83
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni: portata di ogni ripiano da 50kg e capacità totale di carico 150kg					
VIDEOPROCESSORE	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia digestiva	5	0,80	0,80	0,90	0,83
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni in termini di disponibilità di differenti tecniche di processing al fine di differenziare i tessuti analizzati.					
FONTE DI LUCE	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia toracica	2	0,80	0,70	1,00	0,83
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni in termini di disponibilità di differenti tecniche di processing al fine di differenziare i tessuti analizzati anche in endoscopia toracica.					
MONITOR	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,80	0,80	0,80	0,80
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni					
POMPA DI LAVAGGIO	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,90	0,80	0,80	0,83
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni che garantiscono una buona visualizzazione dell'immagine					
INSUFFLATORE CO2	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,90	0,90	0,90	0,90
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici molto buoni presentando un prodotto che consente il riscaldamento di acqua prima dell'immissione.					
VIDEOENDOSCOPI	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,80	0,80	0,80	0,80
	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni					
	Caratteristiche minime e migliorative videogastroscoopi (standard, operativo, nasale/pediatrico) e duodenoscopia	5	0,80	0,80	0,90	0,83
	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici					
	Caratteristiche minime e migliorative videocolonscoopi (standard e pediatrico)	5	0,80	0,80	0,90	0,83
	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici					
	Caratteristiche minime e migliorative videobroncoscopia	2	0,80	0,80	0,90	0,83
	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici					
PROVA PRATICA	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia digestiva	15	0,30	0,30	0,30	0,30
	I prodotti offerti hanno espresso i loro contenuti tecnici risultando adeguati in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche					
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia toracica	5	0,90	0,90	1,00	0,93
	I prodotti offerti hanno espresso i loro contenuti tecnici risultando molto buoni in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche					
MANUTENZIONE	Caratteristiche minime e migliorative e completezza del progetto rispetto alle esigenze espresse	3	0,90	0,80	0,80	0,83
	Il progetto tecnico presentato risponde alle esigenze cliniche espresse attraverso buoni contenuti tecnici					
	Presenza di muletti (verranno assegnati 2 p.ti per ogni muletto offerto come presenza fissa in sede fino ad un massimo di 4 unità)	8				8,00
	L'offerta prevede la fornitura di n.4 unità a titolo di muletto					
MANUTENZIONE	Tipologia di muletti offerti rispetto alle esigenze cliniche	3	0,60	0,60	0,60	0,60
	I prodotti offerti rispondono in maniera più che sufficiente alle esigenze cliniche, dando una copertura alla sola attività di endoscopia digestiva.					
TOTALE		60				





 ATTRIBUZIONE COEFFICIENTI PROVVISORI PENTAX ITALIA SRL



PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8

VERBALE N.6

COMMISSIONE GIUDICATRICE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggi **23 novembre 2016** alle ore 13,00 presso la Direzione Medica di Presidio del P.O. di Esine si riunisce la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.471 del 21.07.2016.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Stenio Rosato - presidente;
- Dr. Bruno Compagnoni - componente;
- Dr.ssa Luisa Salada - componente;
- Mariangela Fedriga - segretario con funzione di verbalizzante

Così come stabilito nella seduta della Commissione del 24.8.2016, terminata la prima lettura della documentazione tecnica, si procede all'analisi approfondita dei singoli parametri di qualità esprimendo la valutazione e quindi attribuendo un coefficiente provvisorio per ciascun parametro, utilizzando l'apposita "SCHEDA DI VALUTAZIONE" predisposta precedentemente durante la prima seduta della Commissione Giudicatrice.

Vengono pertanto riesaminati i contenuti tecnici della documentazione presentata dalla OLYMPUS ITALIA SRL; ogni componente propone la propria valutazione per ogni singolo parametro alla quale corrisponde un coefficiente, come stabilito nel Disciplinare di gara e come riportato dettagliatamente nell'allegato n.1 al presente verbale "Scheda di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_ OLYMPUS ITALIA SRL".

Terminata la precedente valutazione, la Commissione procede a riesaminare la documentazione tecnica presentata dalla FUJIFILM ITALIA SPA proponendo la propria valutazione e predisponendo l'allegato n.2 al presente verbale "Scheda di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_ FUJIFILM ITALIA SPA".

A conclusione dei lavori di attribuzione dei giudizi, si procede mediante trasformazione dei coefficienti provvisori nei corrispondenti coefficienti definitivi, così come stabilito a pag.13 del Disciplinare di gara, e come riportato in dettaglio nell'allegato n.3 "Scheda di Valutazione_Assegnazione coefficienti definitivi".

Si procede a questo punto al calcolo dei punteggi tecnici come da Disciplinare di gara e come riportato in dettaglio nell'Allegato n.4 "Scheda di Valutazione_Assegnazione punteggio tecnico"


I lavori terminano alle ore 16,00.

I documenti contenenti le offerte, memorizzati su supporto informatico dedicato, vengono conservati, in armadio chiuso a chiave, e ne detiene la custodia delle chiavi il Presidente della Commissione Giudicatrice.

La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di

alterazione della documentazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine e n.4 allegati, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
Rosato Stenio	
Bruno Compagnoni	
Luisa Salada	
Mariangela Fedriga - verbalizzante	

Il presente verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, viene inviato al RUP al fine di procedere con le fasi successive della gara in oggetto.

Esine, 23 novembre 2016

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- 1 - "Scheda di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_ OLYMPUS ITALIA SRL"
- 2 - "Scheda di Valutazione_Attribuzione coefficienti provvisori_ FUJIFILM ITALIA SPA"
- 3 - "Scheda di Valutazione_Assegnazione coefficienti definitivi"
- 4 - "Scheda di Valutazione_Assegnazione punteggio tecnico"

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) - CIG 6693803CF8

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P.TI	OLYMPUS ITALIA SRL				COMMENTO DELLA COMMISSIONE
			GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	COEFF. PROVVISORIO	
CARRELLO MEDICALE	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,30	0,30	0,30	0,30	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici adeguati: portata di ogni ripiano da 20/30kg
VIDEOPROCESSORE	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia digestiva	5	0,40	0,40	0,30	0,37	Il prodotto offerto si caratterizza per contenuti tecnici adeguati a quanto richiesto per l'endoscopia digestiva.
	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia toracica	2	0,40	0,40	0,30	0,37	Il prodotto offerto (uguale per entrambe le discipline) si caratterizza per contenuti tecnici adeguati a quanto richiesto per l'endoscopia toracica.
FONTE DI LUCE	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,80	0,80	0,80	0,80	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
MONITOR	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,80	0,80	0,90	0,83	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni che garantiscono una buona visualizzazione dell'immagine
POMPA DI LAVAGGIO	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,80	0,90	0,80	0,83	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
INSUFFLATORE CO2	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,80	0,80	0,80	0,80	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
	Caratteristiche minime e migliorative videogastroscoopi (standard, operativo, nasale/pediatrico) e duodenoscopia	5	0,70	0,90	0,80	0,80	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici
VIDEOENDOSCOPI	Caratteristiche minime e migliorative videocolonscopi (standard e pediatrico)	5	0,80	0,80	0,80	0,80	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici
	Caratteristiche minime e migliorative videobroncoscopio	2	0,80	0,80	0,80	0,80	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per buoni contenuti tecnici
PROVA PRATICA	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia digestiva	15	0,60	0,60	0,70	0,63	I prodotti offerti, durante la prova hanno espresso i loro contenuti tecnici risultando più che sufficienti in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche
	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia toracica	5	0,60	0,60	0,70	0,63	I prodotti offerti, durante la prova hanno espresso i loro contenuti tecnici risultando più che sufficienti in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE	Caratteristiche minime e migliorative e completezza del progetto rispetto alle esigenze espresse	3	0,90	0,80	0,80	0,83	Il progetto tecnico presentato risponde alle esigenze cliniche espresse attraverso buoni contenuti tecnici
MANUTENZIONE	Presenza di muletti (verranno assegnati 2 p.ti per ogni muletto offerto come presenza fissa in sede fino ad un massimo di 4 unità)	8				8,00	L'offerta prevede la fornitura di n.4 unità a titolo di muletto
	Tipologia di muletti offerti rispetto alle esigenze cliniche	3	0,60	0,60	0,60	0,60	I prodotti offerti rispondono in maniera più che sufficiente alle esigenze cliniche, dando una copertura alla sola attività di endoscopia digestiva.
TOTALE		60					

[Handwritten signatures and initials]

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) - CIG 6693803CF8

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P.TI	FUJIFILM ITALIA SPA				COMMENTO DELLA COMMISSIONE
			GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	COEFF. PROV.	
CARRELLO MEDICALE	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,90	0,90	0,90	0,90	Il prodotto offerto risponde pienamente a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici molto buoni: portata di ogni ripiano da 50kg e capacità totale di carico 180kg
VIDEOPROCESSORE	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia digestiva	5	1,00	1,00	0,80	0,93	Il prodotto offerto risponde pienamente a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici molto buoni in termini di disponibilità di numerose tecniche di processing del segnale al fine di differenziare i tessuti analizzati in endoscopia digestiva
	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia toracica	2	1,00	1,00	0,80	0,93	Il prodotto offerto (uguale per entrambe le discipline) risponde pienamente a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici molto buoni in termini di disponibilità di numerose tecniche di processing del segnale al fine di differenziare i tessuti analizzati in endoscopia toracica.
FONTE DI LUCE	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,80	0,80	0,80	0,80	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
MONITOR	Caratteristiche minime e migliorative	2	1,00	0,80	0,90	0,90	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici molto buoni presentando un prodotto anche touch-screen
POMPA DI LAVAGGIO	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,90	0,80	0,80	0,83	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
INSUFFLATORE CO2	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,80	0,80	0,80	0,80	Il prodotto offerto risponde a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
VIDEOENDOSCOPI	Caratteristiche minime e migliorative videogastroscoopi (standard, operativo, nasale/pediatrico) e duodenoscopia	5	0,90	0,80	0,70	0,80	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
	Caratteristiche minime e migliorative videocolonscoopi (standard e pediatrico)	5	0,90	0,90	0,70	0,83	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
	Caratteristiche minime e migliorative videobroncoscopio	2	0,90	0,80	0,70	0,80	I prodotti offerti rispondono a quanto richiesto, connotandosi per contenuti tecnici buoni
PROVA PRATICA	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia digestiva	15	1,00	0,90	0,80	0,90	I prodotti offerti hanno espresso i loro contenuti tecnici risultando molto buoni in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche su tutti gli strumenti, in particolare su colonoscopia e apparecchi pediatrici.
	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia toracica	5	0,60	0,50	0,50	0,53	I prodotti offerti, durante la prova hanno espresso contenuti tecnici risultando sufficienti in termini di qualità delle immagini, maneggevolezza e rispondenza alle esigenze cliniche
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE	Caratteristiche minime e migliorative e completezza del progetto rispetto alle esigenze espresse	3	0,90	0,80	0,80	0,83	Il progetto tecnico presentato risponde alle esigenze cliniche espresse attraverso buoni contenuti tecnici
MANUTENZIONE	Presenza di muletti (verranno assegnati 2 p.ti per ogni muletto offerto come presenza fissa in sede fino ad un massimo di 4 unità)	8				8,00	L'offerta prevede la fornitura di n.4 unità a titolo di muletto
	Tipologia di muletti offerti rispetto alle esigenze cliniche	3	1,00	1,00	1,00	1,00	I prodotti offerti rispondono pienamente a quanto richiesto dando copertura a tutte le specialità.
TOTALE		60					

Attribuzione coefficienti provvisori FUJIFILM ITALIA SPA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) - CIG 6693803CF8

CRITERIO	P.TI	SOTTOCRITERIO	P.TI	PENTAX ITALIA SRL COEFF. DEFINITIVO	OLYMPUS ITALIA SRL COEFF. DEFINITIVO	FUJIFILM ITALIA SPA COEFF. DEFINITIVO	PENTAX ITALIA SRL PUNTEGGIO TECNICO	OLYMPUS ITALIA SRL PUNTEGGIO TECNICO	FUJIFILM ITALIA SPA PUNTEGGIO TECNICO
CARRELLO MEDICALE	1	Caratteristiche minime e migliorative	1	0,93	0,33	1,00	0,93	0,33	1,00
VIDEOPROCESSORE	7	Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia digestiva	5	0,86	0,39	1,00	4,29	1,96	5,00
		Caratteristiche minime e migliorative per endoscopia toracica	2	0,89	0,39	1,00	1,79	0,79	2,00
		Caratteristiche minime e migliorative	2	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
MONITOR	2	Caratteristiche minime e migliorative	2	0,93	0,93	1,00	1,85	1,85	2,00
POMPA DI LAVAGGIO	1	Caratteristiche minime e migliorative	1	1,00	0,93	0,93	1,00	0,93	0,93
INSUFFLATORE CO2	1	Caratteristiche minime e migliorative	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VIDEOENDOSCOPI	12	Caratteristiche minime e migliorative videogastroscoopi (standard, operativo, nasale/pediatrico) e duodenoscopia	5	1,00	0,96	0,96	5,00	4,80	4,80
		Caratteristiche minime e migliorative videocolonscoopi (standard e pediatrico)	5	1,00	0,96	1,00	5,00	4,80	5,00
		Caratteristiche minime e migliorative videobroncoscopia	2	1,00	0,96	0,96	2,00	1,92	1,92
PROVA PRATICA	20	Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia digestiva	15	0,33	0,70	1,00	5,00	10,56	15,00
		Funzionalità, maneggevolezza, immagini e completezza delle apparecchiature proposte rispetto alle esigenze cliniche, diagnostiche, operative e di sicurezza in endoscopia toracica	5	1,00	0,68	0,57	5,00	3,39	2,86
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE	3	Caratteristiche minime e migliorative e completezza del progetto rispetto alle esigenze espresse	3	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
MANUTENZIONE	11	Presenza di muletti (verranno assegnati 2 p.ti per ogni muletto offerto come presenza fissa in sede fino ad un massimo di 4 unità)	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		Tipologia di muletti offerti rispetto alle esigenze cliniche	3	0,60	0,60	1,00	1,80	1,80	3,00
TOTALE	60		60				47,65	47,13	57,50

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8

VERBALE N. 7

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE TELEMATICHE

In data 05.12.2016 alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara così composto:

- Angelica Formentelli - (RUP), presidente;
- Roberto Bonomelli, componente;
- Mariangela Fedriga, componente;

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

NOME E COGNOME	DITTA
MAURIZIO PARRAVICINI	FUJIFILM ITALIA SPA
LUCA CHIAPPA	FUJIFILM ITALIA SPA
CLAUDIO FERRERO	OLYMPUS ITALIA SRL
FRANCO BRUZICHES	PENTAX ITALIA SRL
ALBERTO RIVOLTELLA	PENTAX ITALIA SRL

PREMESSO CHE:

Questa amministrazione, con decreto n.311/2016 ha predisposto gli atti relativi all'affidamento del noleggio di sistemi di videoendoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni (72mesi).

Tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12,00 del 15.7.2016, come previsto dall'art.4 del disciplinare di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
----------------------------	---------------------------	--------------------------

Richiamati i verbali del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice relativi a tutte le fasi della procedura in oggetto:

- verbale n.1 del 04.08.2016 verifica della documentazione amministrativa;
- verbale n.2 del 17.08.2016 verifica della documentazione tecnica;
- verbale n.3 del 24.08.2016 prima riunione tecnica della Commissione giudicatrice;
- verbale n.4 del 15.09.2016 seconda riunione tecnica della Commissione giudicatrice;
- verbale n.5 del 17.11.2016 terza riunione tecnica della Commissione giudicatrice;
- verbale n.6 del 23.11.2016 quarta riunione tecnica della Commissione giudicatrice;

il Presidente informa i presenti che si è provveduto ad inserire sulla piattaforma SinTel il punteggio tecnico-qualitativo conseguito da ogni singolo concorrente e risultato della valutazione della Commissione giudicatrice, chiudendo così la fase di valutazione tecnica. Si procede a questo punto alla lettura del punteggio tecnico conseguito dalle singole ditte, così come di seguito riassunto:



FUJIFILM ITALIA SPA	OLYMPUS ITALIA SRL	PENTAX ITALIA SRL
57,50	47,13	47,65

Si procede quindi all'apertura della fase economica, verificando la documentazione presentata:

FUJIFILM ITALIA SPA		
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	presente	corretto
Allegato 5 Offerta economica	v	v
Giustificazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016	v	v

OLYMPUS ITALIA SRL		
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	presente	corretto
Allegato 5 Offerta economica	v	v
Giustificazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016	v	v

PENTAX ITALIA SRL		
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	presente	corretto
Allegato 5 Offerta economica	v	v
Giustificazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016	v	v

Si procede, quindi, alla verifica della graduatoria proposta elettronicamente dalla piattaforma Sintel, così riassunta:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE	GRADUATORIA
FUJIFILM ITALIA SPA	57,50	€ 526.980,00	40,00	97,50	1
OLYMPUS ITALIA SRL	47,13	€ 659.700,00	31,95	79,08	3
PENTAX ITALIA SRL	47,65	€ 657.819,84	32,04	79,69	2

Il Presidente comunica che la commissione giudicatrice procederà ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 alla verifica della congruità delle offerte dal punto di vista economico.

Il Presidente, fatta salva la verifica di cui sopra e nelle more della definizione positiva della procedura, dichiara miglior offerente la ditta FUJIFILM ITALIA SPA - che ha totalizzato il punteggio complessivo di 97,50.

Si dà atto che, successivamente ai controlli sopra citati, l'Azienda provvederà all'aggiudicazione definitiva della gara attraverso opportuni provvedimenti.

Viene inoltre ricordato che l'esito di tutte le risultanze del presente bando, oltre che sulla piattaforma informatica SinTel, verranno pubblicate sul sito aziendale.



La seduta termina alle ore 10.35.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n. 3 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI SEGGIO DI GARA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Angelica Formentelli	
Roberto Bonomelli	
Mariangela Fedriga - verbalizzante	
DITTE PARTECIPANTI	
NOME E COGNOME	FIRMA
MAURIZIO PARRAVICINI	
LUCA CHIAPPA	
CLAUDIO FERRERO	
FRANCO BRUZICHES	
ALBERTO RIVOLTELLA	



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI (72mesi) – CIG 6693803CF8**

VERBALE N. 8

**COMMISSIONE GIUDICATRICE: VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
TECNICO - ECONOMICA**

Oggi 7 dicembre 2016 alle ore 15,00 presso la Direzione Medica di Presidio del P.O. di Esine si riunisce la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.471 del 21.07.2016.

La commissione risulta così composta:

- Dr. Stenio Rosato - presidente
- Dr. Bruno Compagnoni - componente
- Dr.ssa Luisa Salada - componente
- Ing. Angelica Formentelli – RUP
- Mariangela Fedriga - segretario con funzione di verbalizzante

Come indicato dal verbale n.7 del 5.12.2016 relativo all'apertura delle offerte economiche, il presidente riporta a tutti i componenti la graduatoria finale:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE	GRADUATORIA
FUJIFILM ITALIA SPA	57,50	€ 526.980,00	40,00	97,50	1
OLYMPUS ITALIA SRL	47,13	€ 659.700,00	31,95	79,08	3
PENTAX ITALIA SRL	47,65	€ 657.819,84	32,04	79,69	2

Ai sensi dell'art.77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice valuta le offerte di tutti i partecipanti dal punto di vista tecnico ed economico.

Inoltre considerato che la piattaforma SINTEL rileva un'offerta anormalmente bassa (ditta FUJIFILM ITALIA SPA) ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice in collaborazione con il RUP (presente in applicazione alla linea guida ANAC n.3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26.10.2016) prende in considerazione la seguente documentazione della ditta FUJIFILM ITALIA SPA:

- schede tecniche dei prodotti offerti;
- offerta economica Allegato n. 5;
- giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016

La Commissione Giudicatrice analizza nuovamente i contenuti tecnologici dell'offerta, confermando i giudizi tecnici espressi. Dal punto di vista economico, la Commissione analizza l'offerta economica e le giustificazioni presentate dalla ditta FUJIFILM ITALIA SPA, in particolare quanto







dichiarato rispetto ai seguenti aspetti previsti dall'art.97 del del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare servizi o per eseguire lavori
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La Commissione quindi, dopo un'attenta analisi di quanto sopra descritto, esprime parere favorevole, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla ditta dal punto di vista tecnico ed economico, confermando in tal modo la graduatoria sopra riportata.

La seduta termina alle ore 16.00.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
ROSATO STENIO	
BRUNO COMPAGNONI	
LUISA SALADA	
MARIANGELA FEDRIGA - VERBALIZZANTE	
RUP	
ANGELICA FORMENTELLI	

Esine, 7 dicembre 2016

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- 1 - Offerta economica_ FUJIFILM ITALIA SPA
- 2 - Offerta economica_ OLYMPUS ITALIA SRL
- 3 - Offerta economica_ PENTAX ITALIA SRL
- 4 - Giustificazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016_ FUJIFILM ITALIA SPA

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
---	--

IL SOTTOSCRITTO	SERGIO BERTOCCHI		
NATO A	ORBETELLO (GR)	IL	20/05/1956
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	PROCURATORE		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	FUJIFILM ITALIA S.P.A.		
SEDE LEGALE in	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	Cap	20063
VIA/PIAZZA	SS 11 PADANA SUPERIORE	n° civ	2/B
TELEFONO	02/929741	N° Fax	02/92974417
PEC/MAIL	ufficiogare@fujifilm.it – ufficiogare@pec.fujifilm.it		
CODICE FISCALE	09435590154		
PARTITA IVA	11025740157		


Preso atto dei contenuti del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

BASE D'ASTA NON SUPERABILE PER 6 ANNI € 660.000,00 - (€110.000,00 ANNUI)

COMPONENTE	Q.TA'	CND	REPERTORIO	CANONE ANNUO	
				NOLEGGIO	MANUTENZIONE
Carrello medicale	2	Z12029003	72901	800,00	100,00
Videoprocessore	2	Z12020406	1397407	1.600,00	400,00
Fonte di luce (se non integrata nel videoprocessore)	2	Z12020402	1397478	1.600,00	400,00
Monitor	2	Z11900802	680090	700,00	120,00
Pompa di lavaggio	1	Z12019007	929309	150,00	50,00
Insufflatore CO2	1	Z12029008	1126787	400,00	50,00
VideogastroscoPIO standard	4	Z12020510	1416590	10.000,00	10.600,00
VideogastroscoPIO operativo	1	Z12020511	929305	2.300,00	2.700,00
VideogastroscoPIO nasale	1	Z12020510	1267993	2.300,00	2.700,00
VideoduodenoscoPIO	1	Z12020508	961498	2.300,00	2.700,00
VideocolonoscoPIO standard	4	Z12020606	1416554	12.000,00	10.600,00



Sm.

u7

SP

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
---	--

Videocolonscopio pediatrico	1	Z12020606	1416094	2.500,00	2.700,00
Carrello medicale	1	Z12029003	72901	400,00	50,00
Videoprocessore	1	Z12020406	1397407	800,00	200,00
Fonte luminosa (se non integrata nel videoprocessore)	1	Z12020402	1397478	800,00	200,00
Monitor	1	Z11900802	680090	350,00	60,00
Videobroncoscopio	2	Z12020802	1397305	4.500,00	5.400,00
Sistema refertazione esami e collegamento RIS/PACS	1	Z11069082	193637	4.300,00	1.000,00
CANONE COMPLESSIVO ANNUO - IVA ESCLUSA				87.830,00	
CANONE COMPLESSIVO SEI ANNI - IVA ESCLUSA				526.980,00	

N.B. Il valore dell'offerta complessiva deve corrispondere alla somma dei singoli valori indicati

DATA..14/07/2016.... Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

FUJIFILM Italia S.p.A.
Un Procuratore
Sergio Bertocchi

[Handwritten signatures]



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
--	--

Fonte luminosa (se non integrata nel videoprocessore)	1	Z12020402	505354	€ 0,00	€ 0,00
Monitor	1	Z11900802	1240849	€ 0,00	€ 0,00
Videobroncoscopio	2	Z12020802	505393	€ 8.000,00	€ 5.160,00
Sistema refertazione esami e collegamento RIS/PACS	1	N.A.	N.A.	€ 3.697,12	€ 1.925,00
CANONE COMPLESSIVO ANNUO - IVA ESCLUSA				109.950,00	
CANONE COMPLESSIVO SEI ANNI - IVA ESCLUSA				659.700,00	

N.B. Il valore dell'offerta complessiva deve corrispondere alla somma dei singoli valori indicati

DATA 05.07.2016

Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

OLYMPUS ITALIA S.R.L.

Società per Azioni

Procedura

Procedura

Procedura

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Spettabile
ASST VALCAMONICA

Oggetto: ID 77072580 PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI - CIG 6693803CF8


Io sottoscritta Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, residente a Palazzo Pignano (CR) in Via Alcide De Gasperi, 3, in qualità di Procuratore della Società OLYMPUS ITALIA Srl Società unipersonale - con sede in Segrate - Via Modigliani, 45, Iscritta nella competente CCIAA di Milano al nr. 10994940152 Tribunale di Milano, n. codice fiscale 10994940152 - n. partita IVA 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via L. Bistolfi, 5, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. n. 496 C.P.



DICHIARA
(ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)

Codice	Descrizione	CND.	Rep.
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE			
N3645700	MAJ-1817 LAMPADA ALLO XENON DA 300W PER CLV-190	Z12029099	506965
N3627400	MH-553 TAPPO DI TENUTA STRUMENTI DA SERIE 140/240 OLYMPUS	G0380	85559
028595	MAJ-901 BOTTIGLIETTA STANDARD EXERA OLYMPUS	G0380	81433
028596	MAJ-902 BOTTIGLIETTA EXERA PERGAS INERTE OLYMPUS	G0380	81435
N1000400	MAJ-1082 TUBO ALTA PRESSIONE ATTACCO ISO UHI-3/UCR OLYMPUS	Z12029099	115958
K10007071	MAJ-1603 BOTTIGLIA DA 2 LITRI PER OFF-2 (3pz)	G0380	329894
028794	MB-358 10 PZ. VALVOLA BIOPTICA SEMI-DISP GIF/CF/JF/QES/EXERA	G0380	87050
027797	MH-438 VALVOLA ARIA/ACQUA GIF/CF/JF/EVIS140/240/EXERA OLYMPU	G0380	86953
027798	MH-443 VALVOLA ASPIRAZIONE GIF/CF/JF/EVIS140/240/EXERA OLYMP	G0380	86978
028987	MAJ-209 20 PZ. VALVOLA ASPIRAZ. STERILE MONO BF/LTF/ENF OLY	R0799	87010
028899	MD-495 10 PZ. VALVOLA BIOP SEMI-DISPOSABLE BF/LTF OLYMPUS	R0799	87103

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europe SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 Int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

Cognome RIANCHI
 Nome MARIA
 nato il 24/09/1954
 (atto n. 618 15 A)
 a Lodi ()
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza PALAZZO PIGNANO
 Via VIA A. DE GASPERI n. 3
 Stato civile stato libero
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.67
 Capelli biondi
 Occhi castani
 Segni particolari n.n


 Firma del titolare Alonso [signature]
 Patente 97988 05-05/2008
 Impronta del dito indice sinistro

CODICE FISCALE: BNCMRA54P64E648L

Sh. *[signature]* *[signature]*
[signature]



**PENTAX
MEDICAL**

PENTAX Italia s.r.l.
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
Fax 02.50.99.58.60
E-mail marketing.lifecare@pentaxitalia.it
www.pentaxitalia.it

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
--	--

IL SOTTOSCRITTO	TINELLI ADRIANO		
NATO A	PONTE DELL'OLIO (PC)	IL	18/07/1958
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	PRESIDENTE		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	PENTAX ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		
SEDE LEGALE in	MILANO	Cap	26837
VIA/PIAZZA	VIA DIONE CASSIO	n° civ	15
TELEFONO	025099581	N° Fax	0250995847
PEC/MAIL	garepit@postecert.it		
CODICE FISCALE	11159150157		
PARTITA IVA	11159150157		

Preso atto dei contenuti del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

BASE D'ASTA NON SUPERABILE PER 6 ANNI € 660.000,00 - (€110.000,00 ANNUI)					
COMPONENTE	Q.TA'	CND	REPERTORIO	CANONE ANNUO	
				NOLEGGIO	MANUTENZIONE
Carrello medicale (400905)	2	Z12029003	79961	€. 1.103,21	€. 102,88
Videoprocessore (EPK-I7010)	2	Z12020406	1434791	€. 10.937,80	€. 1.020,00
Fonte di luce (se non integrata nel videoprocessore)	2	Compresa nel Videoprocessore	Compresa nel Videoprocessore	//	//
Monitor (403045)	2	Z11900802	569708	€. 1.455,59	€. 135,74
Pompa di lavaggio (EGA-500P)	1	Z12029099	1122977	€. 356,98	€. 33,29
Insufflatore CO2 (EGA-501P)	1	Z12029008	1120327	€. 867,73	€. 80,92
VideogastroscoPIO standard (EG29-110)	4	Z12020511	699495	€. 12.825,10	€. 9.568,00

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l.
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
Fax 02.50.99.58.60
E-mail marketing.lifecare@pentaxitalia.it
www.pentaxitalia.it

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	OFFERTA ECONOMICA SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE
--	--

VideogastroscoPIO operativo (EG-3490K)	1	Z12020511	226388	€ 2.255,87	€ 1.472,59
VideogastroscoPIO nasale (EG16-K10)	1	Z12020511	699490	€ 2.872,46	€ 1.875,09
VideoduodenoscoPIO (ED34-I10T)	1	Z12020510	699505	€ 3.608,94	€ 2.355,85
VideocolonscoPIO standard (EC38-I10F)	4	Z12020606	699512	€ 14.151,79	€ 10.557,76
VideocolonscoPIO pediatrico (EC-3490TFI)	1	Z12020606	518073	€ 3.545,78	€ 2.314,62
Carrello medicale (400905)	1	Z12029003	79961	€ 551,61	€ 51,44
Videoprocessore (EPK-3000)	1	Z12020406	1406744	€ 2.402,03	€ 224,00
Fonte luminosa (se non integrata nel videoprocessore)	1	Compresa nel Videoprocessore	Compresa nel Videoprocessore	//	//
Monitor (403049)	1	Z11900802	569707	€ 546,89	€ 51,00
VideobroncoscoPIO (EB15-J10)	2	Z12020802	770639	€ 5.361,68	€ 3.500,00
Sistema refertazione esami e collegamento RIS/PACS (SISTEMA ENDOX)	1	NO DM	NO DM	€ 10.200,00	€ 3.250,00
CANONE COMPLESSIVO ANNUO - IVA ESCLUSA				€ 109.636,64	
CANONE COMPLESSIVO SEI ANNI - IVA ESCLUSA				€ 657.819,84	

N.B. Il valore dell'offerta complessiva deve corrispondere alla somma dei singoli valori indicati
Costo degli oneri aziendali della sicurezza già compresi nel totale della fornitura offerto: € 1.316,00.

DATA, 11/07/2016

Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

PENTAX Italia S.r.l.

con Unico Socio

Dr. Adriano Tini

(nato a Ponte Dell'Olio, PD il 18/1/1958)

Presidente

PAG 2 di 2

FUJIFILM

FUJIFILM Italia S.p.A.

S.S. n° Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39 02.92974.1 info@fujifilm.it
http://www.fujifilm.eu/it

GIUSTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Spettabile
A.S.S.T. della Valcamonica
Via Nissolina, 2
25043 BRENO BS

Cernusco Sul Naviglio, 14/07/2016

OGGETTO: Procedura aperta telematica, per l'affidamento del noleggio di sistemi di videoendoscopia ad alta definizione, per un periodo di 6 anni (72 mesi). CIG 6693803CF8.

Il sottoscritto Sergio Bertocchi, nato ad Orbetello (GR), il 20/05/1956, residente ad Empoli (FI), C.F. BRTSRG56E20G088Y, in qualità di Procuratore, in forza dei poteri conferitigli con Procura Speciale Repertorio n° 76.431 del 21/03/2011, Notaio Avondola-Milano, della Società FUJIFILM Italia S.p.A. avente sede legale ed amministrativa in Cernusco Sul Naviglio (MI), Cap 20063, S.S. n° 11 Padana Superiore, 2/b, Partita IVA 11025740157, Codice Fiscale 09435590154, Tel. 02/929741, Fax 02/92974417, e-mail ufficiogare@fujifilm.it,

relativamente all'offerta presentata nella gara in oggetto si illustrano i seguenti punti:

- a) **economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio:**
- ☐ la maggior parte degli strumenti per endoscopia flessibile offerti nella gara sopra citata sono prodotti dalla Casa Madre Fujifilm Corporation, con sede in Giappone. Tali attrezzature, che concretizzano il risultato della ricerca e della progettazione pluriennale del Gruppo Fujifilm nel mondo, sono fabbricate a livello mondiale in elevati quantitativi; ciò consente di realizzare particolari economie di scala, grazie alle quali è possibile ottenere un vantaggioso rapporto qualità/prezzo e ci ha permesso di offrire attrezzature dalle caratteristiche qualitative elevate ad un prezzo contenuto.
 - ☐ per la quotazione delle Terze Parti, FUJIFILM Italia S.p.A. ha stabilito e rafforzato partnership significative con Aziende Leader fornitrici che le consentono di usufruire di prezzi particolarmente competitivi per prodotti di assoluta eccellenza tecnologica. Inoltre, in qualità di consociata italiana di del gruppo multinazionale FUJIFILM, ha potuto altresì beneficiare di convezioni di acquisto stipulate a livello internazionale con alcuni fornitori.
 - ☐ i software facenti parte della soluzione offerta sono prodotti dalla Casa Madre e sono il risultato della ricerca e della progettazione pluriennale del Gruppo Fujifilm nel mondo, che ne detiene in via esclusiva la proprietà intellettuale e di sfruttamento economico. Tale condizione di assoluto vantaggio, ovvero la proprietà dei sistemi nonché la centralizzazione dello sviluppo e della manutenzione del software, permette di ammortizzare i costi di produzione su scala mondiale dando la possibilità a Fujifilm Italia S.p.A., qualora lo ritenga necessario come in questo caso, di offrire i sistemi software ad un costo contenuto, a cui va sommato il solo costo dei servizi di manutenzione (correttiva, normativa ed evolutiva) necessari al mantenimento del ciclo di vita dello stesso sistema e della sua evoluzione nel tempo.

FUJIFILM

b) soluzioni tecniche adottate:

Le soluzioni tecniche adottate nell'implementazioni degli strumenti per endoscopia flessibile di FUJIFILM, che rappresentano ad oggi lo stato dell'arte della tecnologia, sono interamente concepite, sviluppate e prodotte nei laboratori di FUJIFILM Corporation che ne detiene la tecnologia, i brevetti, le proprietà intellettuali e gli skills di produzione; questo consente a FUJIFILM ed alle sue società controllate di offrire soluzioni tecnologiche d'avanguardia a condizioni assolutamente allineate rispetto a concorrenti con prodotti oggettivamente meno performanti.

c) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi:

La Casa Madre della scrivente Società – Fujifilm Corporation con sede in Giappone – ha definito una strategia commerciale particolarmente incisiva, al fine di consolidare ed espandere la propria presenza in Europa e, quindi, anche in Italia. A tal fine, per trattative e gare di particolari importanza alle quali la scrivente partecipa direttamente, senza l'intermediazione di soggetti terzi – come quella indetta dal Vs. Spettabile Ente – la sopra citata Casa Madre concede di praticare prezzi eccezionalmente competitivi.

d) l'originalità del progetto, delle forniture, dei servizi offerti:

FUJIFILM è presente sul mercato dell'endoscopia flessibile ormai da più di 40 anni.

Risale infatti al 1971 l'ingresso di Fujinon nel mercato medico per la commercializzazione di endoscopi flessibili (fibroscopi), mentre nel 1980 viene stabilita a Düsseldorf, in Germania, la prima filiale diretta europea. Nel 1985, in occasione del congresso americano DDW (Digestive Disease Week) viene annunciata la realizzazione del primo videoendoscopio Fujinon, a cui seguiranno diversi attestati di qualità e stima per l'innovazione introdotta nel settore di riferimento. Dal 2001 al 2009 sono tante le innovazioni introdotte nel mercato, tra cui le più significative sono:


- il sistema per enteroscopia Doppio Pallone (DBE – Double Balloon Enteroscopy), riconosciuto ancora adesso come il gold-standard dell'enteroscopia;
- Il Super-CCD tecnologia proprietaria FUJIFILM che incrementa notevolmente la risoluzione del sensore;
- il FICE (cromoendoscopia virtuale), che permette di individuare alterazioni nella mucosa del tessuto oggetto di indagine tramite la limitazione di alcune lunghezze d'onda della luce;

Nel 2010 Fujinon è stata incorporata, a livello mondiale, nel gruppo FUJIFILM.

FUJIFILM, forte della pluriennale esperienza nel campo della produzione, installazione, configurazione e manutenzione di sistemi per endoscopia, è quindi in grado di fornire soluzioni dedicate alle specifiche realtà che ricalcano le necessità e le reali aspettative del cliente.

Proprio questo background, che le appartiene e ne rappresenta la scelta e la vocazione, permette ora a FUJIFILM Italia di proporre ai propri clienti soluzioni esclusive complete, efficienti e perfettamente calate nel contesto operativo della moderna endoscopia digestiva nonché economicamente competitive.

Inoltre, si attesta che il costo del lavoro è stato calcolato in totale applicazione dei vigenti C.C.N.L. applicabili. Nel calcolo del costo del lavoro si è tenuto conto, in base alla tipologia di contratto applicato, della retribuzione ricorrente, differita e variabile, del trattamento di fine rapporto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. Esso contiene, inoltre, altre forme retributive derivanti da accordi nazionali o integrativi o da attività specifiche, integrazioni e benefit generali, di contratto, aziendali ed individuali, secondo le norme ad oggi vigenti. Sono, altresì, compresi premi di risultato e commissioni. Inoltre, sono stati considerati gli oneri della sicurezza propri connessi all'attività dell'impresa già evidenziati nell'offerta economica. Alla luce di quanto sopra, la scrivente dichiara che l'offerta presentata è pienamente remunerativa.



FUJIFILM

Le voci di prezzo che compongono l'offerta di cui trattasi sono le seguenti:

VOCI CHE COMPONGONO IL SERVIZIO	%
Costo del personale	16,4%
Costo apparecchiature	67,0%
Costi generali d'impresa	13,5%
Oneri per la sicurezza propri dell'impresa	0,5%
Utile d'impresa	2,6%
TOTALE	100,0%

Con osservanza.

FUJIFILM Italia S.p.A.
Un Procuratore
Sergio Bertocchi

Sh. 6

af

af

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Composizione della Commissione di valutazione	10
Partecipanti alla Procedura	10
Gara aggregata	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	30
Proposta di Graduatoria	48
Proposta di Aggiudicazione	49
Registro di controllo	50
Comunicazioni di Procedura	55
Verballi intermedi	76

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato	CHIARIMENTO_5.pdf.p7m
Documento Pubblicato	
Allegato	1_ VERBALE DOC AMMINISTRATIVA_4_8_2016.pdf
Documento Pubblicato	
Allegato	CHIARIMENTO_6.pdf.p7m
Documento Pubblicato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Allegato CHIARIMENTO_11.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_8.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_2.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DISCIPLINARE DI GARA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALL_1_AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA PARTECIPAZIONE.doc

Documento Pubblicato

Allegato OFFERTA CARESTREAM_PACS.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_3.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_9.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 0471_NOMINA COMMISSIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CHIARIMENTO_4.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato ALL5_OFFERTA ECONOMICA.doc

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Documento Pubblicatio

All.3_CAPITOLATO TECNICO.pdf

Allegato

Documento Pubblicatio

All.4_QUESTIONARIO TECNICO_Rev1.doc

Allegato

Documento Pubblicatio

1_VERBALE DOC. AMMINISTRATIVA_4_10_2016.pdf

Allegato

19/10/2016 10:28:03

Documento disattivato il

2_VERBALE DOC TECNICA_17_8_2016.pdf

Allegato

Documento Pubblicatio

BANDO GUUE.pdf

Allegato

Documento Pubblicatio

CHIARIMENTO_10.pdf.p7m

Allegato

Documento Pubblicatio

BANDO GURI.pdf

Allegato

Documento Pubblicatio

CHIARIMENTO_7.pdf.p7m

Allegato

Documento Pubblicatio

CHIARIMENTO N.1.pdf

Allegato

14/06/2016 12:27:35

Documento disattivato il

ERRATA CORRIGE_1.pdf.p7m

Allegato

Documento Pubblicatio

All.4_QUESTIONARIO TECNICO.doc

Allegato

23/06/2016 10:18:32

Documento disattivato il

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Allegato

All.2_magr013 informativa fornitori_01.pdf

Documento Pubblicatio

Allegato

CHIARIMENTO_PROVA PRATICA.pdf.p7m

Documento Pubblicatio

Allegato

DGUE_espd-request (2).xml

Documento Pubblicatio

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 77072580

Nome Procedura

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI

Codice CIG

6693803CF8

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

0843615

Num. Protocollo Ente

311/2016

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

33120000-7 - Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

Inclusione delle offerte sopra la base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Formenelli Angelica

Login

formenelliangelica

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Num. telefono 0364369386

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
Modalità offerta economica? Valore economico
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 1 giugno 2016 12.02.56 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione offerte venerdì 15 luglio 2016 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata? Si

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata? No

Importo negoziabile 660.000.00000 EUR

Criterio di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il crittipping delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiarerà di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modulo autocertificazione	Si prega di inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Garanzia fiduciaria	Si prega di allegare copia della garanzia fidejussoria espressamente riferita alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, e visionabile anche sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it alla sezione "Chi siamo/Normativa".	Amministrativo	Vincolato a risposta sogli			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Certificazione UNI ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
ALLEGATO 2	INFORMATIVA FORMATORI	Amministrativo	Libero		Allegato	
ALLEGATO 3	CAPITOLATO TECNICO	Amministrativo	Libero		Allegato	
ALLEGATO 6	MODELLO DUE INFORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMPLESSIONE DEL MODELLO "DUE" ELETTRONICO ALLA FINE DELLA COMPILAZIONE ONLINE DEL MODELLO, LO STES DOVRA' ESSERE SCARICATO IN	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
ALLEGATO 1	FORMATO PDF. FIRMATO DIGITALMENTE. E ALLEGATO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI					
ALLEGATO 2	AUTODICHIANTE DI PARTECIPAZIONE	Domanda			Allegato	
ALLEGATO 3	QUESTIONARIO TECNICO	Informativo	Libero		Allegato	
ALLEGATO 4	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dal bando, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata.	Tecnico	Libero	Max: 60,00	Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di impegno	Allegare la "dichiarazione di impegno", con firma digitale del legale rappresentante e attestandosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	
Giustificativa economica	Allegare il "giustificativo all'offerta economica" all'offerta economica, attestandosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	
ALLEGATO 5	OFFERTA ECONOMICA	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Presidente della Commissione: STENIO ROSATO
Commissario 1: BRUNO COMPAGNONI
Commissario 2: LUISA SALADA

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale	PENTAX Italia S.r.l.
Login	S5263RL
Indirizzo e-mail	garepi@postecert.it

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

P. IVA / Cod. Isiat		11159150157
Indirizzo	Via Dione Cassio, 15, 20138 MILANO (Italia)	
Numero telefono	025099581	
Ragione sociale	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	
Login	S5471RL	
Indirizzo e-mail	ufficiogare@pec.olympusitalia.it	
P. IVA / Cod. Isiat	10994940152	
Indirizzo	VIA MODIGLIANI, 45, 20090 SEGRATE (Italia)	
Numero telefono	02269721	
Ragione sociale	FUJIFILM Italia SpA	
Login	S5236RL	
Indirizzo e-mail	ufficiogare@pec.fujifilm.it	
P. IVA / Cod. Isiat	11025740157	
Indirizzo	S.S. n° 11 Padana Superiore 2/B, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Italia)	
Numero telefono	02929741	

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1468510910214
Num. Protocollo Interno	1040083
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Num. Procedura Ente		Numero di Procedura assente
Fornitore	FUJIFILM Italia SpA	
Modalità di partecipazione	Forma Singola	
Stato dell'Offerta	Offerta proposta di aggiudicazione	
Data	giovedì 14 luglio 2016 17.41.50 CEST	
Offerta economica	526.980.00000 EUR	
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto	2.634.90000 EUR	
Parametri dell'Offerta		
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni amministrativi (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni	
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip	
Dimensioni:	16 MB	
Firmatari:	Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64):	CQEzCgrBqlLTS8PUJm9Bg==	
Hash(SHA-1-Hex):	09262b68f597fe9692120c8c1d821584de0e777	
Hash(SHA-256-Hex):	39e31c45c6475c28bc30140a4fc36e7-66fab39a944f03afe50ed26a5baf3ec6	
Controllo alterazione file:	Controllo non previsto	
Marca temporale:	Controllo non previsto	
Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)	ALL_AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-.pdf;p/m	
Dimensioni:	426 KB	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Garanzia fiduciaria (Parametro Amministrativo)	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): a0VN+DielzuQht.79HgfiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 40d404dd96547a235deb35a4ee39b3fb60fadaa0
	Hash(SHA-256-Hex): fa005e857a1061ff40ac6974930c79ae4b74312c0f189874768218b5e9fc071b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Cautione provvisoria.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uVx0abZL/jzX6Ml4rxC+Og==
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-1-Hex): 1e0b5a971c4076c248b242dc02def7bce67579
	Hash(SHA-256-Hex): 67d40bc149c5f59ea1947709aeba04dcha8ac6c735b439e329e22cbafcbac808
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
	Ricevuta11_07_2016.pdf.p7m
	Dimensioni: 70 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): CQwCo3Ze9bbx4IL5bDMVQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 08fe779b1c3de6f323ab891c6067f84c0de7210
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-256-Hex): b33b91d7764badcd42f58767f94d03442bfa6e02f1f026f27ec72129091e6

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Dich CopiaConflISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6eKSRU3SWTJOzQ2EgZ3h7A==
	Hash(SHA-1-Hex): e5fb4a1960ebc5e644c4288d69cc78ed4b67a4f
	Hash(SHA-256-Hex): bbe9ab5a2031c9e6ea57a8e0cca3fb883617edcb3060c6a7d98c0dddbf4bc1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
ALLEGATO 2 (Parametro Amministrativo)	Allegato 2 Informativa Fornitori.pdf.p7m
	Dimensioni: 104 KB
	Firmatari: BERTOCCHI SERGIO
	Hash(MD5-Base64): 5y24m7ZxqlsB1/YbhzOeIw==
	Hash(SHA-1-Hex): da78e1851729dbd0955a9b22f09257e7a07aa18
	Hash(SHA-256-Hex): 769ecd0931e8e514c38505d1682a6748590a945db169eb15753f8b2bfc224934
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Allegato 3 Capitolato Tecnico.pdf.p7m
	Dimensioni: 506 KB
ALLEGATO 3 (Parametro Amministrativo)	Firmatari: BERTOCCHI SERGIO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 6 (Parametro Amministrativo)	Hash(MD5-Base64): nXNj0KsyChnMSMbFg2lg== Hash(SHA-1-Hex): acbe6c320c2915f1b17438d9450565b3c8f7232a Hash(SHA-256-Hex): 7d495faa1a7de9842cbf6001fc642b67019ca472ba7a94df9a100c0dd814b6d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DGUE FUJIFILM Italia.pdf.p7m Dimensioni: 752 KB Firmatari: BERTOCCHI SERGIO Hash(MD5-Base64): TOHMiX2lUNiNgAFoX0ZAFjQ== Hash(SHA-1-Hex): b1c54c2a99c6c555fb3205d05ba9a9d22ddac2a1 Hash(SHA-256-Hex): 6a00aaa3b2342ca2e96a56290db82729ec16910ffc8dad0a8e529258f71b038 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto All_1_AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-.pdf.p7m Dimensioni: 426 KB Firmatari: BERTOCCHI SERGIO Hash(MD5-Base64): a0VN+DieIzuQhU79HgDjQ== Hash(SHA-1-Hex): 40d404dd96547a235deb35a4ee39b3fb60fadaa0 Hash(SHA-256-Hex): fad05e857a1061ff40ac6974930c79ae4b74312c0f189874768218b5e9fc071b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
---------------------------------------	---

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 4 (Parametro Informativo)	All.4_QUESTIONARIO TECNICO.pdf.p7m Dimensioni: 243 KB Firmatari: BERTOCCHI SERGIO Hash(MD5-Base64): t1C9kBADvavmFdqNwMA== Hash(SHA-1-Hex): 5f5e6e8bcf453dc79236fa531f3eef51fb6588a8 Hash(SHA-256-Hex): 1f97855b151c8c82aab1dfd806457916182c1885a0ceb84cda55dac8400eeff860 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Documentazione Tecnica.zip Dimensioni: 10 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ipmUn/5dSGZmDe6XhvSA== Hash(SHA-1-Hex): ab13fe9fef11166cec33aab0080318a1057e3792 Hash(SHA-256-Hex): ae17ee86054582824771085f1822f5dbd955b2abf6898293aef70fd914b0670 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Impegno del Fidejussore.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cy1xwI9rXMfTeXhp1UemfHtw== Hash(SHA-1-Hex): 9b3ae634f23619bc38c31d4839430bd7d9524b88b
------------------------------------	--

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(SHA-256-Hex): fe36ad0e430ca5a7244cf89c83e50a559c0262e226fcbad4d20c48eb4d76a5	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)	Marca temporale: Controllo non previsto
Giustificazioni: pdf.p7m	Giustificazioni: pdf.p7m
Dimensioni: 146 KB	Dimensioni: 146 KB
Firmatari: Controllo non previsto	Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sEwXjT7i+PPg9uxiD+Qew==	Hash(MD5-Base64): sEwXjT7i+PPg9uxiD+Qew==
Hash(SHA-1-Hex): d22723fa8272837221ba72e335fed2413e7c3b72	Hash(SHA-1-Hex): d22723fa8272837221ba72e335fed2413e7c3b72
Hash(SHA-256-Hex): 88775279623eee8ff66950ac244de7a6f3415de7c6bbfda4f7906cf09428f6e4	Hash(SHA-256-Hex): 88775279623eee8ff66950ac244de7a6f3415de7c6bbfda4f7906cf09428f6e4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto	Marca temporale: Controllo non previsto
ALLEGATO 5 (Parametro Economico)	All_5_OFFERTA-ECONOMICA.pdf.p7m
Dimensioni: 220 KB	Dimensioni: 220 KB
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	Firmatari: BERTOCCHI SERGIO
Hash(MD5-Base64): maqjj3nfnLruiWscck83g==	Hash(MD5-Base64): maqjj3nfnLruiWscck83g==
Hash(SHA-1-Hex): ca04bea259d4a141a2793cba297632e11ab7b39f	Hash(SHA-1-Hex): ca04bea259d4a141a2793cba297632e11ab7b39f
Hash(SHA-256-Hex): d25135bc0a9a7ad5e837ca20437854f9a392d6b5650951c312e9fd1cd5f0ee6	Hash(SHA-256-Hex): d25135bc0a9a7ad5e837ca20437854f9a392d6b5650951c312e9fd1cd5f0ee6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	No
Offerta anomala?	Si
Id Offerta	1468510235520

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Num. Protocollo Interno	1040035
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	giovedì 14 luglio 2016 17.30.35 CEST
Offerta economica	659.700.00000 EUR
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto	7.920.64000 EUR
Parametri dell'Offerta	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	DOC. AMMINISTRATIVA.zip
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Dimensioni: 15 MB
Firmatari: Controllo non previsto	Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): h5MME83b4qv7ApGlasCEg==	Hash(MD5-Base64): h5MME83b4qv7ApGlasCEg==
Hash(SHA-1-Hex): ad5571dd18a94b72eb7d848d5a692b7db6e04017	Hash(SHA-1-Hex): ad5571dd18a94b72eb7d848d5a692b7db6e04017
Hash(SHA-256-Hex): 25a07deac948534be2b0deab827989487f4fe92e9c6c35381cba88197ca1327	Hash(SHA-256-Hex): 25a07deac948534be2b0deab827989487f4fe92e9c6c35381cba88197ca1327
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)	MODULO AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): f1mOulYysXa2aW8JPuWA==	
Hash(SHA-1-Hex): 5519e44a533119408e9bae5633335a6b66e3785e	
Hash(SHA-256-Hex): f00aafaaab5bbf7679bedb1501a66a5ba2a2c90cee929f6bb77e06b8b78b13	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
FIDEIUSIONE PROVVISORIA + IMPEGNO.pdf.p7m	
Garanzia fideiusoria (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 6 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): e4bqgD8J8QzGLWdpYsSVyQ==	
Hash(SHA-1-Hex): af8a7a1de82da9bfl daaff908c8bc3d06c6528e3	
Hash(SHA-256-Hex): a041cbb7ea276adde918e9ab99abdec258b4d163ba715ff36db41d599b80ec9f	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali	
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	
RICEVUTA PAGAMENTO CIG.pdf.p7m	
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 92 KB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): Fs0yeTlwN7w95PxSRPm0g==	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-1-Hex): 1e2c0ee64864d7d2ed53e8c83f4030f691afacd Hash(SHA-256-Hex): ce34b413175fb0f3b7740c3d10c47-69f9729476d46c3df0102c2c84f10341 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto COPIA CONFORME CERTIFICATO ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 6 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): iipTore94ycbiBMikpiUw==	
Hash(SHA-1-Hex): 642e4668dc962bb2f3b64c06143293893a565566	
Hash(SHA-256-Hex): f6f24059b4ef515aad52c509c58e2348a1fb4a3f22c380bc802f5b193f4df9a	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
INFORMATIVA ART. 13-03.pdf.p7m	
ALLEGATO 2 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 72 KB	
Firmatari: MARIA BIANCHI	
Hash(MD5-Base64): BdbMB68bY6/2LNXNsqOQA==	
Hash(SHA-1-Hex): 55333e15b13a20fd8665a10caaf83978f6f04836	
Hash(SHA-256-Hex): 8f111953a87a4d62962598892cf5444-1f83fa4ba0e9952fd1ea503228d8c55d4	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
CAPITOLATO TECNICO.pdf.p7m	
ALLEGATO 3 (Parametro Amministrativo)	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Dimensioni: 463 KB	Firmatari: MARIA BIANCHI
Hash(MD5-Base64): YTWymzZwV8niHduSCHrVg==	
Hash(SHA-1-Hex): 5c8fc5660dc6c97567c19045a9af02cdefc3926	
Hash(SHA-256-Hex): 136f18ecbbde979ef7e1fac1cd21cf6-2c872fe8b6cecd0d625f17819282e9f	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
COPIA DGUE.pdf.p7m	
Dimensioni: 947 KB	Firmatari: MARIA BIANCHI
Hash(MD5-Base64): YUreHqngXC9EE/KB308c3w==	
Hash(SHA-1-Hex): f6eb67f92efc2002ca79c24907c594784551ecf	
Hash(SHA-256-Hex): 1559c9914b93f46c4468f10953b8d6d-12327e2b76a7cf99f4f5da37815883601	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
All_1_AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-.pdf.p7m	
Dimensioni: 1 MB	Firmatari: MARIA BIANCHI
Hash(MD5-Base64): F+tpx4p2zzBEcOlguU0yNg==	
Hash(SHA-1-Hex): 8cb1061772a8f14d3fcbf9e46410c360c908d7bf	
Hash(SHA-256-Hex): c5d366c369e9b970509e61318fd7905-118a3229daafc707b956eff62c51ac7e7	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	

ALLEGATO 6 (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1 (Parametro Amministrativo)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 4 (Parametro Informativo)	Marca temporale: Controllo non previsto
ALLEGATO 4 - QUESTIONARIO TECNICO.pdf.p7m	
Dimensioni: 2 MB	Firmatari: MARIA BIANCHI
Hash(MD5-Base64): +TWyFxc6N6UgQF0WcVrVAQ==	
Hash(SHA-1-Hex): 54cef209eabd42d0f1d42fbd358ebcfbe19dc4	
Hash(SHA-256-Hex): 23f09f4214c4cb1d9dbcf8ef6692a0-a65cc61a4e45ddfa413099cf6309e0da8	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA OFFERTA.zip	
Dimensioni: 9 MB	Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6Mf80aEHs6mxwyaeTQoIA==	
Hash(SHA-1-Hex): 793a72420b589daea4e758d5f8fe67458873ca21	
Hash(SHA-256-Hex): 0b5131fd37f83eb9165c761a9383bed-72dfb1d2657b8364a2b4557006b74c05	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Dichiarazione di Impegno.pdf.p7m	
Dimensioni: 170 KB	Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6rq4MaZFoO7IKTg0gk0pfw==	
Hash(SHA-1-Hex): 9a508f95c9aab02542aa570a57984c5a832ecfd	

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	Hash(SHA-256-Hex): f971715621a8340e97ac8cd948bb4b3cc674d0cc3d355b3969dfb3e0f21e37bc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Giustificativo all'offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 299 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cHpOMPCisb7QySLKtZQ3Lg== Hash(SHA-1-Hex): 0c301e31e7f6b732c189567b8063627cd5ca634a Hash(SHA-256-Hex): 36004bd96821f208feb0b8aac5085339d621320e9c65cfd909e80aa93c6acc7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto All.5 OFFERTA-ECONOMICA.pdf.p7m Dimensioni: 343 KB Firmatari: MARIA BIANCHI Hash(MD5-Base64): xjyzU2Rx1AxQf5m9N1Rd4w== Hash(SHA-1-Hex): 70b799e0f5186928d9c630b166c661c29af0f27f Hash(SHA-256-Hex): 9d82a2c9bc734991b8ed45998f2e9193ecb798734386d387b647fe4ab06e788c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto No No Offerta superiore alla base d'asta? Offerta anomala? Id Offerta
	1468488663697

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Num. Protocollo Interno	1038507
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	PENTAX Italia S.r.l.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	giovedì 14 luglio 2016 11.31.03 CEST
Offerta economica	657.819.84000 EUR
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto	1.316.00000 EUR
Parametri dell'Offerta	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Documentazione Amministrativa.pdf.zip
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Dimensioni: 11 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7GV+Q68Gidw05C7saPQRjg== Hash(SHA-1-Hex): eF21a13bbe3e1d7244084e7acaf866fb8726105b Hash(SHA-256-Hex): c1d3c2c6e67c79ee17e052aba2c8504424680e7502bdec3561efba365704d7e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)	1 Allegato 1 autocertificazione con antimafia.pdf, p.7m
	Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5cymPyV1472uSZ8UQI7xA== Hash(SHA-1-Hex): 19792e2c94c00c0b7494dafb9c3ee8071cd4950 Hash(SHA-256-Hex): 99f524cc3457b72491aff076bd700a6b4a7a01f6f854e30739ba54c1ffc4c42 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 4 Garanzia mediante fidejussione bancaria.pdf, p.7m Dimensioni: 387 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): WhX/gWAZL3e0NwKaH29sIA== Hash(SHA-1-Hex): 132cb7fdb7c21285f783051293766c576889ced4 Hash(SHA-256-Hex): ded129e8ef7af65dd0405a94539f1b4d04d6a8c275a3d1bad7095970a12b674 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo) Contributo ANAC (Parametro Amministrativo) 3 dichiarazione e ricevuta del versamento alla ANAC.pdf, p.7m Dimensioni: 906 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): j9falDUSRsmq8+ujWs7w==

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-1-Hex): ee1a04ade9f9b1aef5a694de68a763016bf6d6cc Hash(SHA-256-Hex): cdd462a9d66ffa3dba8ee5a8fe5f2732b82200322679dbb6826d9ca88ea8f7b3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 8 certificazione qualità ISO.pdf, p.7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6UPeZaEpTh0r0u65sWWWA== Hash(SHA-1-Hex): 889f9110dbd12a928beac5f8181afa4483c65d6f Hash(SHA-256-Hex): b05ecf62962b502590a12c1821d0a43b2a001d60e060ba631f22a7d47cdf69b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 7 All_2_magr013 informativa fornitori_01.pdf, p.7m ALLEGATO 2 (Parametro Amministrativo) Dimensioni: 62 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): bKTAAw0jZZ308skF+SnaJw== Hash(SHA-1-Hex): cdfbc8fce6f17a41203570c9cdfd5ab4688a333 Hash(SHA-256-Hex): 95ef9c622fa58ad9c61526743185c15b48c717514d5c5148f44d3d37d7788cab Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 6 allegato 3 capitolato tecnico sottoscritto.pdf, p.7m ALLEGATO 3 (Parametro Amministrativo)
--	---

Dimensioni: 378 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): s0bYbSpSkBwoSGc97dlIDYA== Hash(SHA-1-Hex): d38cd6bd798b6da8b69416aa043d3d0f29f330c Hash(SHA-256-Hex): 7b772796d98f9127e850f7bad7395c703918e9d65d781da4b227400888b9d68 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 2 Modello DGUI compilato.pdf.p7m ALLEGATO 6 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 3 MB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): X62RoYICj24ZM+ITrVEVwg== Hash(SHA-1-Hex): 081794e715c9e147a48493d203213aec3782cd7a Hash(SHA-256-Hex): 7309c6c80bacd422c5c0b78ba5e811882ae4916a4443d386961680492c55de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 1 Allegato 1 autocertificazione con antimafia.pdf. p7m ALLEGATO 1 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 7 MB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): 5symPyV1472uSZ8UQI7xA== Hash(SHA-1-Hex): 19792e2c9f4c00c0b7d94dafb9c3ee8071cd4950 Hash(SHA-256-Hex): 99f524cc3457b72491af076bd7f00a6b47a01f6f854e40739ba54c1ffc4c42 Controllo alterazione file: Controllo non previsto	

ALLEGATO 4 (Parametro Informativo) Marca temporale: Controllo non previsto 5 allegato 4 questionario tecnico.pdf.p7m Dimensioni: 861 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): Zgj4BQw7LHlUaN3issCvQ== Hash(SHA-1-Hex): fe6db55f1f0dea7194cb1f2b2e358ca789bffa4f Hash(SHA-256-Hex): 2e286d393293fe023ce93741a49d56083201502239b78da49b327450427a4757 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto documentazione tecnica.pdf.zip.p7m Dimensioni: 23 MB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): wRrYVXNwGYmp8neIc0hbbw== Hash(SHA-1-Hex): ef0bdec06677bdb7bdd747fa0414f2b8d86cef Hash(SHA-256-Hex): ab3efd142f5051f85a73eb0ac4042b730bec086aa87bb9ecb70433020de623d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto dichiarazione di impegno.pdf.p7m Dichiarazione di impegno (Parametro Economico) Dimensioni: 305 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): VnjtKO+H7zxWMI08LD7/A== Hash(SHA-1-Hex): e23033094bfebf3c85a94a886a2677b0947b0e3	
--	--

	Hash(SHA-256-Hex): 07763fcd3904a348fd782c264e4bbda28674a3e3414f8bcedda915e69f54e2de
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)	Giustificazioni relative alle voci di prezzo.pdf.p-7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tHibSiz1Vjpbzm+14vN5rw==
	Hash(SHA-1-Hex): 3cacab37c88cb66cbed6a8b0419c79fa6a295b4
	Hash(SHA-256-Hex): e7b2ccf204e6d22cc774f0c9a279507a3977019e0295424b08ea8d59159d2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
ALLEGATO 5 (Parametro Economico)	Allegato 5 offerta economica .pdf.p7m
	Dimensioni: 367 KB
	Firmatari: tinelli adriano
	Hash(MD5-Base64): FXAyG10MiSL5gs6VxawNZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5464c460a12ca4a3cabd9fde5c96df6922589cf6
	Hash(SHA-256-Hex): 6832cb921d41753b1e50ec5757b012f165ba3531e25408fa17fbc60a184e06d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	No
Offerta anomala?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1468510910214
<i>Fornitore</i>	FUJIFILM Italia SpA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 14 luglio 2016 17.41.50 CEST
<i>Offerta economica</i>	526.980.00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	40,00
<i>Punteggio tecnico</i>	57,5
<i>Punteggio totale</i>	97,50
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): CQEzCgrBqLeTS8PUJm9Bg==
	Hash(SHA-1-Hex): 09262b68f97fe9692120c8c1d8f21584de0e777
	Hash(SHA-256-Hex): 39e31c45c6475c28be30140a4fc36e766fab39a944f03afe50ed26a5baf3ec6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)	Marca temporale: Controllo non previsto
ALL AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.- pdf.p7m	
Dimensioni: 426 KB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): a0VN+DielzuQhU79HgfJQ==	
Hash(SHA-1-Hex): 40d404dd96547a235deb35a4ee39b3fb60fadaa0	
Hash(SHA-256-Hex): fa005e857a1061ff40ac6974930c79ae4b74312c0f189874768218b5e9fc071b	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Cauzione provvisoria.pdf.p7m	
Dimensioni: 5 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): uVx0abZL/jzX6Ml4xC+Og==	
Hash(SHA-1-Hex): 1eb5a971c4076c248b242edc02def7bec67579	
Hash(SHA-256-Hex): 67d40bc149c5f59ea1947709aeba04dcb8ac6c735b439e329e22cbaf6bac808	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Dichiaro di accettare il Pato di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	
Ricevuta11_07_2016.pdf.p7m	
Dimensioni: 70 KB	
Firmatari: Controllo non previsto	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(MD5-Base64): CQwCo3Ze9btx4IL5bDMVQ==	
Hash(SHA-1-Hex): 08fec729b1c3de6f323ab891c6067f84c0de7210	
Hash(SHA-256-Hex): b33b91d7764baddc642f58767f94d03d42bfae02f1f026f2f27ec72129091e6	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Dich CopiaConfISO.pdf.p7m	
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 2 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): 6eKSBU3SWTIOzQ2EgZ3h7A==	
Hash(SHA-1-Hex): e5fbf4a1960ebc5e644c4288d69cc78ed4b67a4f	
Hash(SHA-256-Hex): bbc9ab5a2031c9ebca57a8e0c0ca3fb883617edcb3060c6a7d98c0dd6bf4bc1	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Allegato 2 Informativa Fornitori.pdf.p7m	
Dimensioni: 104 KB	
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
Hash(MD5-Base64): 5y24m7zXqhsB1/YbhzOelw==	
Hash(SHA-1-Hex): da78e1851729dbd0955a9b22f69257e7a07aa818	
Hash(SHA-256-Hex): 769cc00931e8e514c38505d1682a6748590a945db169eb15753f8b2bfc22d934	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE.
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 3 (Parametro Ammi- nistrativo)	Allegato 3 Capitolato Tecnico.pdf.p7m
Dimensioni: 506 KB	
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
Hash(MD5-Base64): bXN0KsyCFbM5MbgFg2lg==	
Hash(SHA-1-Hex): acbe6c320c2915f1b17438d9450565b3c8f7232a	
Hash(SHA-256-Hex): 7d495faa1a7de9842cbf6001fc642b6- 7019fca472ba7a94df9a100c0dd814b6d	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
DGUE FUJIFILM Italia.pdf.p7m	
Dimensioni: 752 KB	
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
Hash(MD5-Base64): TOHMiX2UNiNgAFoX0Z+FjQ==	
Hash(SHA-1-Hex): b1c54c2a99c6c555fb3205d05ba9a9d2d4dac2a1	
Hash(SHA-256-Hex): 6a00aaa3b2342ca2e96a56290db82f7- 29ec16910ffc8dad0a8e529258f71b038	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
ALL AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTE- CIPAZIONE.- pdf.p7m	
Dimensioni: 426 KB	
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
Hash(MD5-Base64): a0VN+DleIzuQhU79HrgfIQ==	
Hash(SHA-1-Hex): 40d404dd96547a235deb35a4ee39b3fb60fadaa0	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE.
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 4 (Parametro Infor- mativo)	Hash(SHA-256-Hex): fa005e857a1061ff40ac6974930c79a- e4b74312c0f189874768218b5e9fc071b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
All.4_QUESTIONARIO TECNICO.pdf.p7m	
Dimensioni: 243 KB	
Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
Hash(MD5-Base64): /lC9skBADvavmfFdqNwMA==	
Hash(SHA-1-Hex): 5f5e6e8bcf453dc79236fa531f3eef51fbb588a8	
Hash(SHA-256-Hex): 1f97855b151c8c82aab1dfd80645791- 6182cb85a0ceb84cda55dac8400ee8f60	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Documentazione Tecnica.zip	
Dimensioni: 10 MB	
Firmatari: Documento non firmato	
Hash(MD5-Base64): /ipmlUn/5dSGZmDe6XhvSA==	
Hash(SHA-1-Hex): ab13fe9fef11166cec33aab0080318a1057e3792	
Hash(SHA-256-Hex): ae17ce860545828a24771085f1822f5- dbd955b2abf6898293aef70fd914b0670	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Punteggio proposto	-
Punteggio assegnato	57,50
Punteggio massimo	60,00

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Commento Valutazione		Si ammette alla fase successiva	
Punteggio tecnico	57,5		
Punteggio economico	40,00		
Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)	Impegno del Fidejussore.pdf.p7m		
		Dimensioni: 1 MB	
		Firmatari: Controllo non previsto	
		Hash(MD5-Base64): cy1xw9rXMTextp1UemHTw==	
		Hash(SHA-1-Hex): 9b3aeb34f23619bc38c31d4839430bd7d9524b8b	
		Hash(SHA-256-Hex): fe36ad0e430caf5a7244cf89e83e50a559c0262e226fcbacd4d20c48eb4d76a5	
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
		Marca temporale: Controllo non previsto	
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)		Giustificazioni.pdf.p7m	
		Dimensioni: 146 KB	
		Firmatari: Controllo non previsto	
		Hash(MD5-Base64): sEwXjT7i4PPg9uxiDvQew==	
		Hash(SHA-1-Hex): d22723fa8272837221ba2e335fed2413e7c3b72	
		Hash(SHA-256-Hex): 88775279623eee8ff66950ac244de7a6f3415de7c6bbfda47906cf09428f6e4	
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
		Marca temporale: Controllo non previsto	
ALLEGATO 5 (Parametro Economico)		All.5_ OFFERTA-ECONOMICA .pdf.p7m	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Dimensioni: 220 KB			
		Firmatari: BERTOCCHI SERGIO	
		Hash(MD5-Base64): maqij3nfnNLfuWssck83g==	
		Hash(SHA-1-Hex): ca04bea259d4a141a2793cba297632e11ab7b39f	
		Hash(SHA-256-Hex): d25135bc0a9a7ad5e837ca20437854f9a392d6b5650951c312e9fd1cd5f0ee6	
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
		Marca temporale: Controllo non previsto	
		1468510235520	
Id Offerta		OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	
Fornitore		Forma Singola	
Modalità di partecipazione		Offerta Validata	
Stato dell'Offerta		giovedì 14 luglio 2016 17.30.35 CEST	
Data			
Offerta economica		659.700.00000 EUR	
Punteggio economico		31,95	
Punteggio tecnico		47,13	
Punteggio totale		79,08	
Punteggi dei Parametri			
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)		Dichiaro di accettare termini e condizioni	
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)		DOC: AMMINISTRATIVA.zip	
		Dimensioni: 15 MB	
		Firmatari: Controllo non previsto	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(MD5-Base64): hSMME83b4qvApGlasCEg==	
Hash(SHA-1-Hex): ad571dd18a94bf2eb7d848d5a692b7dbfe0d017	
Hash(SHA-256-Hex): 25a07deac948534bc2bddc-a82298948-7f4fa92eb96c635381cba88197ca1327	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m	
Dimensioni: 1 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): rfmOsllysXb2aW8JPuWA==	
Hash(SHA-1-Hex): 5519e4da533119d08e9bae5633335a6b66e3785e	
Hash(SHA-256-Hex): f00aafaaab5bbf7679bedb1501a66a5-ba2a2c90ce929f6bb77e06bbd8b78b13	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
FIDEIUSIONE PROVVISORIA + IMPEGNO.pdf.p7m	
Dimensioni: 6 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): e4bqgD8J8QzGLWdpYsSVyQ==	
Hash(SHA-1-Hex): af8a7a1de82da9bfldaaff908c8bc3d06c6528e3	
Hash(SHA-256-Hex): a041cbb7ea276adde918e9ab99abdec-258b4d163ba715ff36db41d599b80ec9f	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)	RICEVUTA PAGAMENTO CIG.pdf.p7m
Dimensioni: 92 KB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): Fs/oyeTlwN7w95xSRPm0g==	
Hash(SHA-1-Hex): 1e2c0ce64864d7d2ed53ef8c83f4030f691afacd	
Hash(SHA-256-Hex): ce34b413175fb0f3b7740c3d10c0c47-69fd9729476d46c3df0102c2c84f10341	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
COPIA CONFORME CERTIFICATO ISO.pdf.p7m	
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 6 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): iipToroe94ychiBMlkpit'w==	
Hash(SHA-1-Hex): 642e4668dc962bb2f3b64c061d3293893a565566	
Hash(SHA-256-Hex): f6f24059b4ef515aad52c509c58e234-8a1fb4a3f22c380bc802f55b193f4df9a	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
INFORMATIVA ART. 13-03.pdf.p7m	
ALLEGATO 2 (Parametro Amministrativo)	
Dimensioni: 72 KB	
Firmatari: MARIA BIANCHI	
Hash(MD5-Base64): BdbMB68bY6ZLNXXNsiqOQA==	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 3 (Parametro Ammi- nistrativo)	Hash(SHA-1-Hex): 55333e15b13a20fd8665a10caaf83978f6f04836
	Hash(SHA-256-Hex): 8f11953a87a4d62962598892cf5444- 1f83fa4ba0e9952fd1ea503228d8c55d4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CAPITOLATO TECNICO.pdf.p7m
	Dimensioni: 463 KB
	Firmatari: MARIA BIANCHI
	Hash(MD5-Base64): YTWymZwV8niHduSChrVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5cf8cf5660dc6c97567c19045a9a0f2cdefe3926
	Hash(SHA-256-Hex): 136f18ecbde979ef7c1fac1cd21cf6- 2c872fe8bd6ceddf625f17819282c9f
ALLEGATO 6 (Parametro Ammi- nistrativo)	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	COPIA DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 947 KB
	Firmatari: MARIA BIANCHI
	Hash(MD5-Base64): YUREHqngXC9EE/KB308c3w==
	Hash(SHA-1-Hex): f0eb67f9f2efe2002ca79c24907e594784551ecf
	Hash(SHA-256-Hex): 1559c9914b93f46c4468f10953b8d6d- 12327e2b76a7c499f4f5da37815883601
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
ALLEGATO 1 (Parametro Ammi- nistrativo)	ALL_1_AUTODICHIARAZIONE_DOMANDA DI PARTE- CIPAZIONE-.pdf.p7m

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 4 (Parametro Infor- mativo)	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MARIA BIANCHI
	Hash(MD5-Base64): F+tpx4p2zzBEcOlguU0yNg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8cb1061772a8f14d3fcb9e46410c360c908d7bf
	Hash(SHA-256-Hex): c5d366c369e9b970509e61318fd7905- 118a3229daaf7076950effb62c51ac7e7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	ALLEGATO 4 - QUESTIONARIO TECNICO.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: MARIA BIANCHI
Caratteristiche tecniche dell'offer- ta (Parametro Tecnico)	Hash(MD5-Base64): +TWyFxc6N6lUgQF0WcVrVAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 54ee209ebd422d0f1d42fd358ebcfbe19dc4
	Hash(SHA-256-Hex): 23f09f4214c4cb1df9dbcf8ef6692a0- a65cc61a4e45ddfa413099cf309e0da8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA OFFERTA.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6Mf80aEHs6mxwyacTQoIA==
	Hash(SHA-1-Hex): 793a72420b589daade758d5f8fe67458873ca21
	Hash(SHA-256-Hex): 0b5131fd37f83eb9165c761a9385be0- 72dfb1d2657b8364a2b4557006fb74c05
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Punteggio proposto		47,13	Controllo non previsto
Punteggio assegnato		60,00	
Punteggio massimo			
Commento Valutazione		Si ammette alla fase successiva	
Punteggio tecnico		47,13	
Punteggio economico		31,95	
Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)		Dichiarazione di Impegno.pdf.p7m	
Dimensioni:		170 KB	
Firmatari:		Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64):		6rq4MazFoO7IK1g0k0ptw==	
Hash(SHA-1-Hex):		9a508f95ec9aab02542aa570a57984c5a832cfd	
Hash(SHA-256-Hex):		f971715621a8340e97ac8c948bb4b3cc674d0ce3d355b3969dfb3e0f21e37bc	
Controllo alterazione file:		Controllo non previsto	
Marca temporale:		Controllo non previsto	
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)		Giustificativo all'offerta economica.pdf.p7m	
Dimensioni:		299 KB	
Firmatari:		Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64):		cHpOMPCib7Qy5LKzQ3Lg==	
Hash(SHA-1-Hex):		0c301e31e7f6b732c189567b8063627cd5ea634a	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(SHA-256-Hex):		36004d96821f208f6b0b8aac5085339d621320e9c65cfd909e80aa93c6ace7	
Controllo alterazione file:		Controllo non previsto	
Marca temporale:		Controllo non previsto	
All.5. OFFERTA-ECONOMICA.pdf.p7m			
Dimensioni:		343 KB	
Firmatari:		MARIA BIANCHI	
Hash(MD5-Base64):		xjyzU2Rx1AxQf5m9N1Rd4w==	
Hash(SHA-1-Hex):		70b799e0f5186928d9c630b166c661c29af0f27f	
Hash(SHA-256-Hex):		9d82a2c9bc734991b8ed45998f2e9193ecb798734386d387bf47fe4ab06e788c	
Controllo alterazione file:		Controllo non previsto	
Marca temporale:		Controllo non previsto	
Id Offerta		1468488663697	
Fornitore		PENTAX Italia S.r.l.	
Modalità di partecipazione		Forma Singola	
Stato dell'Offerta		Offerta Valida	
Data		giovedì 14 luglio 2016 11.31.03 CEST	
Offerta economica		657.819.84000 EUR	
Punteggio economico		32,04	
Punteggio tecnico		47,65	
Punteggio totale		79,69	
Punteggi dei Parametri			

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Documentazione Amministrativa.pdf.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7GV+Q68Gidw05C75aPQRjg==
	Hash(SHA-1-Hex): ef21a13bbe3e1d7244084e7aca866f8b726105b
	Hash(SHA-256-Hex): c1d3c2c6e67c79ee17e052aba2c8504424680e7502bdcec3561efba365704d7e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)	1 Allegato 1 autocertificazione con antimafia.pdf - p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 5rymPyVI472uSZ8UQI7xA==
	Hash(SHA-1-Hex): 197922e9f4c00c0b7d94daf9c3ee8071cd4950
	Hash(SHA-256-Hex): 99f524cc3457b72491af076bd780a6b4a7a01f6f854e30739ba54c1ffc4c42
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)	4 Garanzia mediante fidejussione bancaria.pdf.p7m
	Dimensioni: 387 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WhX/gWAZL3e0NwKaH29sIA==

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	Hash(SHA-1-Hex): 132eb7fdb7c21285783051293766c576889ced4
	Hash(SHA-256-Hex): ded129e8ef7af65dd040f5a94539f1b4404d6a8c275a3d1bad7095970a12b674
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)	3 dichiarazione e ricevuta del versamento alla ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 906 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): j9fdIDUSRsmq8+ujwsw==
	Hash(SHA-1-Hex): ee1a04ade9f9b1aef5a6940e68a763016bfddcc
	Hash(SHA-256-Hex): cdd462a9d66f0a3dha8ec5a8fe5f2732b82200322679dbb6826d9ca88ea87b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)	8 certificazione qualità ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6UPeZaEpTh0r0u65sWWWA==
	Hash(SHA-1-Hex): 889f9110dbd12a928beac5f8181afa4483c65d6f
	Hash(SHA-256-Hex): b05ecf62962b502590a12c1821d0a43b2a001d60e060ba631f22a7d47cdf69b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 2 (Parametro Amministrativo)	Marca temporale: Controllo non previsto 7 All_2_mag013 informativa fornitori_01.pdf.p7m Dimensioni: 62 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): bKTAaw0jZZ308skFvSnaIw== Hash(SHA-1-Hex): cdfbc8fce6f17a41203570c9c9cd65ab4688a333 Hash(SHA-256-Hex): 95ef9c622fa58a9c61526743185c15b48c717514d5c5148f44d2d37d7788cab Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 6 allegato 3 capitolato tecnico sottoscritto.pdf.p- 7m Dimensioni: 378 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): s0bYbSpSkBwo5Gc97dUDYA== Hash(SHA-1-Hex): d38cd6bd798b0da8b09416aa043d3df0f29f330c Hash(SHA-256-Hex): 7b772796d98f9127e850f7bad7395c703918e9d65d781da4b227400888b9d68 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 2 Modello DGUE compilato.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): X62RoYICj24ZM+ITrVEVwg== Hash(SHA-1-Hex): 081794e715c9e147a48493d203213ace3782cd7a
ALLEGATO 3 (Parametro Amministrativo)	
ALLEGATO 6 (Parametro Amministrativo)	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

ALLEGATO 1 (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-256-Hex): 7309c6c80bacd42c5c0b78bafe811882ae4916a44434d386961680492c55de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 1 Allegato 1 autocertificazione con antinafia.pdf. p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): 5rymPyV1472uSZ8UQI7xA== Hash(SHA-1-Hex): 19792e2c9f4c00c0b7d94dafb9c3ee8071cd4d950 Hash(SHA-256-Hex): 99f524cc3457b72491aff076bd7f00a6b4a7a01f6f854c30739ba54c1ffc4e42 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 5 allegato 4 questionario tecnico.pdf.p7m Dimensioni: 861 KB Firmatari: tinelli adriano Hash(MD5-Base64): Zgi4BQw7LHuAN3issCvQ== Hash(SHA-1-Hex): fe6db55f1f0dea7194cb1f2b2e358ca789bffa4f Hash(SHA-256-Hex): 2e286d393293fe023ce93741a49d56083201502239b78da49b327450427a4757 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto documentazione tecnica.pdf.zip.p7m Dimensioni: 23 MB Firmatari: tinelli adriano
Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(MD5-Base64): wRrYVXNWG Ymp8neLc0hbbw==	
Hash(SHA-1-Hex): ef0bdec06677bdb7bd747fa6414f2b8d86cef	
Hash(SHA-256-Hex): ab3efd142f5051f85a73eb0ac4042b7- 30bec086aa87bb9ecb70433020de623d	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Punteggio proposto	47,65
Punteggio assegnato	60,00
Punteggio massimo	Si ammette alla fase successiva
Commento Valutazione	
Punteggio tecnico	47,65
Punteggio economico	32,04
Dichiarazione di impegno (Para- metro Economico)	dichiarazione di impegno.pdf.p7m
Dimensioni: 305 KB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): VnjtK0+HZrxWMiO8LD7/A==	
Hash(SHA-1-Hex): e23033094bfebf3c85a94a886a2677bf9f47de3	
Hash(SHA-256-Hex): 07763cd3904a348fd782c264e4bbda- 28674a5e3414f8bccdda915e69f54e2de	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Giustificativo all'offerta economi- ca (Parametro Economico)	
Giustificazioni relative alle voci di prezzo.pdf.p-7m	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Dimensioni: 1 MB	
Firmatari: Controllo non previsto	
Hash(MD5-Base64): tHibSizIVJpzbm+4vN5w==	
Hash(SHA-1-Hex): 3cacab37c88cbd66ced6a8b0419c79fa6a295b4	
Hash(SHA-256-Hex): e7b2ccf204e0d22cc7740c9a2795- 07a3977019e0295424b086ea8d59159d2	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Allegato 5 (Parametro Econo- mico)	
Dimensioni: 567 KB	
Firmatari: tinelli adriano	
Hash(MD5-Base64): fXAYG10MiSLsg6VxawNZQ==	
Hash(SHA-1-Hex): 5464c460a12ca43ea6d9fde5c96df6922589cf6	
Hash(SHA-256-Hex): 6832cb921d41753b1e50ec5757b012f- 165ba3531e25408fa17fbc60a184e06d	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	48,00
* Soglia punteggio economico:	32,00

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria	1
Società di appartenenza	FUJIFILM Italia SpA
Punteggio tecnico	57,50
Punteggio economico	40,00
Punteggio totale	97,50
Prezzo offerto	526.980.000000 EUR
Offerta anomala?	Sì
Posizione in Proposta di Graduatoria	2
Società di appartenenza	PENTAX Italia S.r.l.
Punteggio tecnico	47,65
Punteggio economico	32,04
Punteggio totale	79,69
Prezzo offerto	657.819.840000 EUR
Offerta anomala?	No
Posizione in Proposta di Graduatoria	3
Società di appartenenza	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE
Punteggio tecnico	47,13
Punteggio economico	31,95
Punteggio totale	79,08
Prezzo offerto	659.700.000000 EUR
Offerta anomala?	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE,
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome	Formenelli Angelica
Login	formenelliangelica
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
Indirizzo email	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
Num. telefono	0364369386

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome	FUJIFILM Italia SpA
Login	S5236RL
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	FUJIFILM Italia SpA (11025740157)
Indirizzo email	ufficiogare@pec.fujifilm.it
Num. telefono	02929741
Commento all'aggiudicazione	L'offerta presentata è risultata la migliore dal punto di vista tecnico ed economico.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 5 dicembre 2016 10.22.53 CET	Offerta sopra la base d'astarimessa	L'offerta (ID 1468488663697) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 5 dicembre 2016 10.22.53 CET	Offerta sopra la base d'astarimessa	L'offerta (ID 1468510235520) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		dura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è stata accettata con la seguente motivazione: ..
mercoledì 19 ottobre 2016 12.29.44 CEST	Documento allegato offerta (0) (ID (11) in negoziazione	Documento allegato offerta PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) in negoziazione
lunedì 26 settembre 2016 12.06.28 CEST	Documento allegato offerta (0) (ID (11) in negoziazione	Documento allegato offerta PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) in negoziazione
mercoledì 17 agosto 2016 10.12.28 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è iniziata.
lunedì 8 agosto 2016 11.29.13 CEST	Fine Valutazione buste amministrative	La valutazione amministrativa delle offerte della procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è terminata.
lunedì 8 agosto 2016 11.29.13 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1468510910214) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
giovedì 4 agosto 2016 12.07.44 CEST	Documento allegato offerta (0) (ID (11) in negoziazione	6 ANNI (ID 77072580) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione presentata dalla FUJIFILM ITALIA SPA risulta conforme a quanto dichiarato.
giovedì 4 agosto 2016 11.14.22 CEST	Offerta da campione 10% fornitori selezionata	Il fornitore S5263RL è stato selezionato da un campione del 10% dei partecipanti per un'ulteriore valutazione sulla Procedura con ID 77072580
giovedì 4 agosto 2016 11.14.22 CEST	Offerta da campione 10% fornitori selezionata	Il fornitore S5471RL è stato selezionato da un campione del 10% dei partecipanti per un'ulteriore valutazione sulla Procedura con ID 77072580
giovedì 4 agosto 2016 11.14.22 CEST	Offerta da campione 10% fornitori selezionata	Il fornitore S5236RL è stato selezionato da un campione del 10% dei partecipanti per un'ulteriore valutazione sulla Procedura con ID 77072580
giovedì 4 agosto 2016 11.04.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 146848663697) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione presentata è completa e corretta. Si ammette alla fase successiva.
giovedì 4 agosto 2016 11.04.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1468510235520) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione presentata è completa e corretta. Si ammette alla fase successiva.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
giovedì 4 agosto 2016 11.04.04 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1468510910214) della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione presentata è completa e corretta. Si ammette alla fase successiva.
giovedì 4 agosto 2016 10.08.07 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S5471RL sulla Procedura con ID 77072580 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 4 agosto 2016 10.08.07 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S5263RL sulla Procedura con ID 77072580 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 4 agosto 2016 10.08.07 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S5236RL sulla Procedura con ID 77072580 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 luglio 2016 12.00.33 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580).
giovedì 14 luglio 2016 17.41.50 CEST	Invio Offerta	L'offerta FUJIFILM Italia SpA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580).
giovedì 14 luglio 2016 17.30.35 CEST	Invio Offerta	L'offerta OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 14 luglio 2016 17.16.01 CEST	Offerta Ritirata	so un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580). E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE.
giovedì 14 luglio 2016 17.03.59 CEST	Invio Offerta	L'offerente OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580).
giovedì 14 luglio 2016 11.31.03 CEST	Invio Offerta	L'offerente PENTAX Italia S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580).
mercoledì 1 giugno 2016 12.02.56 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI (ID 77072580). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio	77620287
--------------	----------

Data di invio	martedì 28 giugno 2016 11.45.40 CEST
Mittente	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuta in data martedì 28 giugno 2016 15.19.16 CEST
Oggetto del Messaggio	RE: 2° RICHIESTA CHIARIMENTI TECNICI
Testo del Messaggio	In allegato risposta ai quesiti posti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno alla luce delle Vostre risposte tecniche siamo nuovamente a chiederVi: Per la parte di strumentazione, precisamente per il Videoduodenoscopia HD dobbiamo ribadire la richiesta di stralciare la il requisito HD per favorire la più ampia partecipazione alla gara anche in considerazione che per un duodenoscopia non è una caratteristica importante. Sempre per il videoduodenoscopia chiediamo che venga stralciata anche la richiesta dell'angolo di retroversione sempre per favorire la più ampia partecipazione alla gara ed anche in considerazione della discutibile utilità di questa misura: non è infatti corretto considerare migliorativa una misura superiore rispetto ad una inferiore se non rapportandola alla reale manovrabilità dello strumento, valutabile esclusivamente nella prova pratica. Inoltre siamo a chiedere Vi se la stazione appaltante è in grado di fornire, oltre allo storage che già indicate, la disponibilità di application server, anche virtuale, al fine di poter installare il Sw necessario all'interfacciamento con il PACS. Di seguito le specifiche richieste: Windows Server 2012 R2, 100 GB di Hard Disk, 8GB di RAM, grazie e cordiali saluti CHIARIMENTO_10.pdf.p7m Dimensioni: 37 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): 09LDwvcuJm7HZsORdW== Hash(SHA-1-Hex): 0c3ad0c-b6d3164ed0b48e39de92d7ccb55da4177 Hash(SHA-256-Hex): 7a1f49cccb223d7eb757c00503d5b3bfe4875bdb556c3ab854ef5f726a949bc3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato 77620287
Id Messaggio	77620287
Data di invio	martedì 28 giugno 2016 11.43.59 CEST

Mittente	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15:47:46 CEST
Oggetto del Messaggio	RE: Chiarimenti
Testo del Messaggio	In allegato trovate la risposta ai quesiti posti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: In relazione alla procedura di cui trattasi, siamo ad inoltrareVi le seguenti richieste di chiarimento. - In merito all'affermazione dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto: "Tutte le prestazioni ed opere connesse strettamente all'installazione, messa in funzione e verifica di buon funzionamento dell'apparecchiatura sono a carico della ditta offerente. Le apparecchiature devono essere nuove, di ul- tima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi e adat- tatori, ecc.) per il loro utilizzo immediato, la loro pulizia e disinfezione." si chiede di confermare che non sono da inclu- dersi i prodotti consumabili e/o soggetti ad usura necessari al normale utilizzo delle apparecchiature (ad esempio lampada della fonte di luce e pulsanti dell'endoscopio, ecc.); nel caso siano da includersi si prega gentilmente di fornire un numero indicativo di esami/anno per ciascun reparto coinvolto al fi- ne di meglio stimare i consumi. - In merito all'affermazione dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto: "Tutte le prestazioni ed opere connes- se strettamente all'installazione, messa in funzione e verifi- ca di buon funzionamento dell'apparecchiatura sono a carico della ditta offerente. Le apparecchiature devono essere nuove, di ultima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi e adattatori, ecc.) per il loro utilizzo immediato, la loro pulizia e disinfezione." si chiede di confermare che non sono da in- cludersi i prodotti monouso necessari al normale utilizzo delle apparecchiature (valvole di aspirazione broncoscopia, ecc.); nel caso siano da includersi si prega gentilmente di fornire un numero indicativo di esami/anno per ciascun reparto coinvol- to al fine di meglio stimare i consumi. - In merito alla richiesta dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto di n° 2 sistemi per videoendoscopia si chiede di confermare se siano corrette le quantità di: n° 1 pompa di lavaggio e n° 1 insufflatore di CO2 oppure trattasi di un refuso. - In riferimento al Documento Capitolato Tecnico pag. 3 "Videoendoscopio HD" evidenziamo che tale re- quisito "Alta definizione" identifica una specifica marca. Per- tanto, al fine di tutelare la concorrenza e permettere la più am- pia partecipazione, si chiede allo Spett. le Ente, di rendere tale requisito di minima (pena esclusione) preferenziale e non tas- sativo. - In riferimento al Documento Capitolato Tecnico pag. 3 "Videoendoscopio HD" - Angolo di visione di almeno 100° (10° retrovisione), si chiede che quest'ultima richiesta sia indicativa e non puntuale. - Relativamente ai documenti da produrre in caso di avvalimento, siamo a chiederVi confer- ma che, in caso l'Impresa Ausiliaria avesse sede all'estero e non fosse in possesso della smart card per la firma digitale, la documentazione, in italiano, prodotta dalla stessa es-

Allegato	----- sere firmata in cartaceo, scansionata ed allegata ai documenti di gara, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta digitalmente dal firmatario dell'offerta. Restando in attesa di un cortese riscontro, siamo a porgerVi cordiali saluti. FUJIFILM Italia S.p.A. - Ufficio Gare CHIARIMENTO_8.pdf.p7m Dimensioni: 34 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): wXIDn8+dVZpPZ3akP0gIQ== Hash(SHA-1-Hex): 1bcf4c525cecd8f8df595a36d215acc0a79770 Hash(SHA-256-Hex): 5623a79baae006b573779efd324b84d- 316b2396423669dc5258444816219b2a3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato 7/6/20272 martedì 28 giugno 2016 11:44:46 CEST ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica) OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì 28 giugno 2016 15:19:14 CEST RE: RE: 2° RICHIESTA DI CHIARIMENTI AMMINI- STRATIVI In allegato risposta al quesito posto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno RingraziandoVi per la Vostra celere risposta sia- mo domandare dove si trova, in che punto, la "sezione dedi- cata nel DGUE" dove inserire i nominativi di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 " grazie ----- Testo del messaggio originale: In allegato si trasmette risposta al vo- stro quesito. Cordiali saluti ----- Te- sto del messaggio originale: Il modello DGUE al punto B "INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPER- ATORE ECONOMICO" permette la compilazione per UN SOLO SOGGETTO, dove indico i restanti soggetti di cui al- l'art. 80 Dlgs 50/2016 della scrivente azienda? grazie CHIARIMENTO_9.pdf.p7m Dimensioni: 26 KB
la Messaggio	
Data di invio	
Mittente	
Destinatari	
Oggetto del Messaggio	
Testo del Messaggio	
Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI

<i>Id Messaggio</i>	77677999
<i>Data di invio</i>	mercoledì 29 giugno 2016 15.35.50 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15.47.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Rif. Vs. ERRATA CORRIGE
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato alla presente, troverete risposta al vostro chiarimento. Il documento offerta richiesta verrà pubblicato a breve nella sezione "documentazione di gara". Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: ----- Facendo seguito all'errata corregge da Voi pubblicata, con la presente, al fine di tutelare la par conditio tra i concorrenti, siamo a proporre a codesto Spettabile Ente di richiedere e pubblicare un'unica quotazione - uguale per tutti - alla Società Carestream, relativamente all'adeguamento delle licenze Vue PACS. In attesa di un cordiale riscontro, siamo a porgervi cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_11.pdf.p7m
<i>Dimensioni:</i>	26 KB
<i>Firmatari:</i>	ANGELICA FORMENTELLI
<i>Hash(MD5-Base64):</i>	lirjOIFsJvPEmINUieFw==
<i>Hash(SHA-1-Hex):</i>	356cedd54c6cd129874eb15bd6d31a1dda412b0
<i>Hash(SHA-256-Hex):</i>	ccd26ed540de8aaa4960d5f5ad857a435edd345928c2d9f92c26d9e708d1a3
<i>Controllo alterazione file:</i>	Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Marca temporale: Documento non marcato

<i>Id Messaggio</i>	77549853
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 giugno 2016 12.24.35 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data venerdì 24 giugno 2016 12.46.43 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: 2° RICHIESTA DI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato si trasmette risposta al vostro quesito. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: ----- Il modello DGUE al punto B "INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" permette la compilazione per UN SOLO SOGGETTO, dove indicando i restanti soggetti di cui all'art. 80 Digs 50/2016 della scrivente azienda? grazie
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_7.pdf.p7m
<i>Dimensioni:</i>	28 KB
<i>Firmatari:</i>	ANGELICA FORMENTELLI
<i>Hash(MD5-Base64):</i>	6cnKk6lCPMvGW2lT8DIA==
<i>Hash(SHA-1-Hex):</i>	es60a0630ef6fce907d9cf57cd27443e09ce391
<i>Hash(SHA-256-Hex):</i>	e0f06a40c142fd171127ca7ba53e058797827d879fcb2166ac413dfc0a51727b
<i>Controllo alterazione file:</i>	Controllo non previsto
<i>Marca temporale:</i>	Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	77554680
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 giugno 2016 14.51.51 CEST
<i>Mittente</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	2° RICHIESTA CHIARIMENTI TECNICI

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Testo del Messaggio		Buongiorno alla luce delle Vostre risposte tecniche siamo nuovamente a chiederVi: Per la parte di strumentazione, precisamente per il Videoduodenoscopia HD dobbiamo ribadire la richiesta di stralciare la richiesta HD per favorire la più ampia partecipazione alla gara anche in considerazione che per un duodenoscopia non è una caratteristica importante. Sempre per il videoduodenoscopia chiediamo che venga stralciata anche la richiesta dell'angolo di retrovisione sempre per favorire la più ampia partecipazione alla gara ed anche in considerazione della discutibile utilità di questa misura; non è infatti corretto considerare migliorativa una misura superiore rispetto ad una inferiore se non rapportandola alla reale manovrabilità dello strumento, valutabile esclusivamente nella prova pratica. Inoltre siamo a chiederVi se la stazione appaltante è in grado di fornire, oltre allo storage che già indicate, la disponibilità di application server, anche virtuale, al fine di poter installare il Sw necessario all'interfacciamento con il PACS. Di seguito le specifiche richieste: Windows Server 2012 R2, 100 GB di Hard Disk, 8GB di RAM, grazie e cordiali saluti
Id Messaggio	77555226	
Data di invio	venerdì 24 giugno 2016 15.16.10 CEST	
Mittente	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA)	
Destinatari	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto	
Oggetto del Messaggio	Rif. Vs. ERRATA CORRIGE	
Testo del Messaggio	Facendo seguito all'errata corregge da Voi pubblicata, con la presente, al fine di tutelare la par conditio tra i concorrenti, siamo a proporre a codesto Spettabile Ente di richiedere e pubblicare un'unica quotazione - uguale per tutti - alla Società Carestream, relativamente all'adeguamento delle licenze Vue PACS. In attesa di un cordiale riscontro, siamo a porgervi cordiali saluti.	
Id Messaggio	77540344	
Data di invio	venerdì 24 giugno 2016 8.46.22 CEST	
Mittente	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)	
Destinatari	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data venerdì 24 giugno 2016 9.13.51 CEST	
Oggetto del Messaggio	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI	
Testo del Messaggio	In allegato risposta ai chiarimenti richiesti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno in relazione alla procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: Punto 2.1.2 VIDEOPROCESSORE HD: "Videoprocessore digitale in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080)" - si richiede se, pur essendo il processore in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) con teste di telecamera HDTV, sia necessario il formato in 16:9 (1920*1080) o semplicemente la gestione dei segnali 1080i e 1080p non essendo i CDD degli endoscopi in formato 16:9? 4. SESSIONE DIMOSTRATIVA - si richiede se sia possibile utilizzare il sistema di lavaggio presente in endoscopia digestiva anche per la prova dei sistemi di videobroncoscopia Punto 3. REFERTAZIONE ESAMI E COLLEGAMENTO RIS/PACS - Considerato il fatto che le funzionalità specifiche da Voi richieste sono: - ricevere ed interpretare le informazioni anagrafiche provenienti dal RIS (tipicamente gestendo la classe di servizio WORKLIST del RIS) associandoli alla procedura endoscopica da eseguire; - esportare immagini e filmati acquisiti e memorizzati dall'operatore, durante o al termine della procedura endoscopica, restituendo al sistema RIS-PACS l'associazione delle informazioni anagrafiche ricevute prima dell'esame e di quelle diagnostiche acquisite e memorizzate durante la procedura stessa (immagini e filmati) si richiede: - al fine di garantire la massima compatibilità e facilità implementativa, di fornire alle varie aziende partecipanti l'offerta/e del fornitore RIS (ELCO) e del fornitore PACS (CARESTREAM) inerente/i i moduli richiesti in capitolato - la possibilità di invio dei filmati a uno storage di rete invece che al PACS. Rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito porgiamo cordiali saluti	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Testo del Messaggio		immagini ad alta definizione (1920*1080)" - si richiede se, pur essendo il processore in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) con teste di telecamera HDTV, sia necessario il formato in 16:9 (1920*1080) o semplicemente la gestione dei segnali 1080i e 1080p non essendo i CDD degli endoscopi in formato 16:9. Punto 2.1.7 VIDEO-ENDOSCOPI, VIDEODUODENOSCOPIO HD: "Visione HD a colori, con funzioni per la visualizzazione del pattern vascolare" - si sottolinea che la richiesta identifica una sola azienda. Punto 2.1.7 VIDEO-ENDOSCOPI, VIDEOENDOSCOPIO HD, "Angolo di visione di almeno 100° (10° retrovisione)" - si sottolinea che la richiesta dei "10° retrovisione" identifica una sola azienda. Punto 2.1.7 VIDEO-ENDOSCOPI, VIDEODUODENOSCOPIO HD, "Profondità di campo indicativa da 2-4mm a 60mm" - si richiede la possibilità di variare da "2-4mm" a "2-5mm". Punto 2.1.7 VIDEO-ENDOSCOPI, VIDEODUODENOSCOPIO HD, "Lunghezza utile non inferiore a 1250mm" - si richiede la possibilità di variare da "non inferiore a 1250mm" a "non inferiore a 1240mm". Punto 2.2.2 VIDEOPROCESSORE HD, "Videoprocessore digitale in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080)" - si richiede se, pur essendo il processore in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) con teste di telecamera HDTV, sia necessario il formato in 16:9 (1920*1080) o semplicemente la gestione dei segnali 1080i e 1080p non essendo i CDD degli endoscopi in formato 16:9? 4. SESSIONE DIMOSTRATIVA - si richiede se sia possibile utilizzare il sistema di lavaggio presente in endoscopia digestiva anche per la prova dei sistemi di videobroncoscopia Punto 3. REFERTAZIONE ESAMI E COLLEGAMENTO RIS/PACS - Considerato il fatto che le funzionalità specifiche da Voi richieste sono: - ricevere ed interpretare le informazioni anagrafiche provenienti dal RIS (tipicamente gestendo la classe di servizio WORKLIST del RIS) associandoli alla procedura endoscopica da eseguire; - esportare immagini e filmati acquisiti e memorizzati dall'operatore, durante o al termine della procedura endoscopica, restituendo al sistema RIS-PACS l'associazione delle informazioni anagrafiche ricevute prima dell'esame e di quelle diagnostiche acquisite e memorizzate durante la procedura stessa (immagini e filmati) si richiede: - al fine di garantire la massima compatibilità e facilità implementativa, di fornire alle varie aziende partecipanti l'offerta/e del fornitore RIS (ELCO) e del fornitore PACS (CARESTREAM) inerente/i i moduli richiesti in capitolato - la possibilità di invio dei filmati a uno storage di rete invece che al PACS. Rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito porgiamo cordiali saluti
Id Messaggio	CHIARIMENTO_5.pdf.p7m	
Dimensioni:	41 KB	
Firmatari:	ANGELICA FORMENTELLI	
Hash(MD5-Base64):	5FzgyVlfxd+wwdmjNICA==	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Hash(SHA-1-Hex): 9009f6218509947b8c64d95d51669870d4b2304 Hash(SHA-256-Hex): 745e425b4b8c60cd2712b4f10a9371c89e1998171c8137175828e668f1ca19af Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	77484609
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 giugno 2016 9.18.44 CEST
<i>Mittente</i>	ASE SRL (ASE SRL)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Questionario tecnico
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si fa presente che nel questionario tecnico c'è un errore nel campo "canale operativo", ovvero è stato invertito il diametro del canale operativo del videogastro standard (2.8 mm) e quello operativo (3.7 mm). Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	77515800
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 giugno 2016 10.17.15 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	ASE SRL (ASE SRL), ricevuto in data lunedì 27 giugno 2016 8.32.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Questionario tecnico
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato si trasmette risposta alla vostra segnalazione. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si fa presente che nel questionario tecnico c'è un errore nel campo "canale operativo", ovvero è stato invertito il diametro del canale operativo del videogastro standard (2.8 mm) e quello operativo (3.7 mm). Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_4.pdf.p7m Dimensioni: 26 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): sEL0moxjw4ZrOYxEsecw== Hash(SHA-1-Hex): d5afc6bc11c55d493fe059c1c4f96398ed18aaf6

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da VALCAMONICA

Hash(SHA-256-Hex): 0fac21c131d88a379e5cef39b5bddd1379077f8de04b175b465874a886089cb1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	77529155
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 giugno 2016 16.05.11 CEST
<i>Mittente</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in relazione alla compilazione del DGUE siamo a chiederVi le seguenti informazioni: il modello DGUE deve essere presentato e sottoscritto da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 Digs 50/2016? Oppure solo dal soggetto che sottoscrive l'offerta di gara? e deve essere reinserito nel portale SINTEL firmato digitalmente? grazie
<i>Id Messaggio</i>	77550982
<i>Data di invio</i>	enerdì 24 giugno 2016 12.30.24 CEST
<i>Mittente</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: 2° RICHIESTA DI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno RingraziandoVi per la Vostra celere risposta siamo domandare dove si trova, in che punto, la "sezione dedicata nel DGUE" dove inserire i nominativi di cui all'art. 80 Digs 50/2016 " grazie ----- Testo del messaggio originale: In allegato si trasmette risposta al vostro quesito. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Il modello DGUE al punto B "INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" permette la compilazione per UN SOLO SOGGETTO, dove indico i restanti soggetti di cui all'art. 80 Digs 50/2016 della scrivente azienda? grazie
<i>Id Messaggio</i>	77544660
<i>Data di invio</i>	enerdì 24 giugno 2016 10.45.02 CEST
<i>Mittente</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Destinatari	Formenelli Angelica (Formenelli Angelica), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	Chiariamenti
Testo del Messaggio	In relazione alla procedura di cui trattasi, siamo ad inoltrare le seguenti richieste di chiarimento. - In merito all'affermazione dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto: "Tutte le prestazioni ed opere connesse strettamente all'installazione, messa in funzione e verifica di buon funzionamento dell'apparecchiatura sono a carico della ditta offerente. Le apparecchiature devono essere nuove, di ultima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi e adattatori, ecc.) per il loro utilizzo immediato, la loro pulizia e disinfezione." si chiede di confermare che non sono da includersi i prodotti consumabili e/o soggetti ad usura necessari al normale utilizzo delle apparecchiature (ad esempio lampada della fonte di luce e pulsanti dell'endoscopio, ecc.); nel caso siano da includersi si prega gentilmente di fornire un numero indicativo di esami/anno per ciascun reparto coinvolto al fine di meglio stimare i consumi. - In merito all'affermazione dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto: "Tutte le prestazioni ed opere connesse strettamente all'installazione, messa in funzione e verifica di buon funzionamento dell'apparecchiatura sono a carico della ditta offerente. Le apparecchiature devono essere nuove, di ultima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi e adattatori, ecc.) per il loro utilizzo immediato, la loro pulizia e disinfezione." si chiede di confermare che non sono da includersi i prodotti monouso necessari al normale utilizzo delle apparecchiature (valvole di aspirazione broncoscopica, ecc.); nel caso siano da includersi si prega gentilmente di fornire un numero indicativo di esami/anno per ciascun reparto coinvolto al fine di meglio stimare i consumi. - In merito alla richiesta dell'Ente presente nel Documento Capitolato Tecnico pag. 1 - Oggetto dell'Appalto di n° 2 sistemi per videoendoscopia si chiede di confermare se siano corrette le quantità di: n° 1 pompa di lavaggio e n° 1 insufflatore di CO2 oppure trattasi di un rifiuto. - In riferimento al Documento Capitolato Tecnico pag. 3 "Videoduodenoscopia HD" evidenziamo che tale requisito "Alta definizione" identifica una specifica marca. Pertanto, al fine di tutelare la concorrenza e permettere la più ampia partecipazione, si chiede allo Spett.le Ente, di rendere tale requisito di minima (pena esclusione) preferenziale e non tassativo. - In riferimento al Documento Capitolato Tecnico pag. 3 "Videoduodenoscopia HD" - Angolo di visione di almeno 100° (10° retrovisione), si chiede che quest'ultima richiesta sia indicativa e non puntuale. - Relativamente ai documenti da produrre in caso di avvalimento, siamo a chiedervi conferma che, in caso l'Impresa Ausiliaria avesse sede all'estero e non fosse in possesso della smart card per la firma digitale, la documentazione, in italiano, prodotta dalla stessa possa essere firmata in cartaceo, scansionata ed allegata ai documenti di gara, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta digitalmente dal firmatario dell'offerta. Restando in attesa di un cortese riscontro.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Id Messaggio	77278231
Data di invio	lunedì 13 giugno 2016 10.40.47 CEST
Mittente	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA)
Destinatari	Formenelli Angelica (Formenelli Angelica), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE. PER UN PERIODO DI 6 ANNI. CHIARIMENTI
Testo del Messaggio	- In relazione al requisito di capacità economico-finanziaria realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, siamo a chiedervi di confermare che per "ricavi" sia da intendere l'importo del fatturato annuo realizzato "specificatamente per fornitura/noleggio delle apparecchiature oggetto dell'appalto". - Si chiede di confermare che, per ciò che concerne la capacità tecnica e professionale, debbano essere presi in esame gli anni 2013-2014-2015 e non, come indicato alla pagina 5 del Disciplinare di gara gli esercizi 2013-2014-2015, in quanto l'esercizio 2015 potrebbe non essere ancora stato approvato e depositato. - Non essendo specificate le modalità di prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, con la presente siamo a chiedervi di elencare i documenti che l'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto. Restando in attesa di un cortese riscontro, siamo a porgerVi cordiali saluti.
Id Messaggio	77515769
Data di invio	giovedì 23 giugno 2016 10.16.31 CEST
Mittente	ASST DELLA VALCAMONICA (Formenelli Angelica)
Destinatari	ASE SRL (ASE SRL), ricevuto in data lunedì 27 giugno 2016 8.32.42 CEST
Oggetto del Messaggio	RE: Chiarimento "Refertazione esami e collegamento RIS/PACS"
Testo del Messaggio	Si allega risposta al vostro quesito Testo del messaggio originale: Buongiorno, in relazione alla richiesta di fornitura di sistemi in grado di interfacciarsi ed integrarsi con i sistemi RIS(Polaris-Elco) e PACS (Caresstream), siamo a chiedervi di confermare o meno che gli eventuali costi che tali Dite potranno sostenere, siano a carico della stazione appaltante. Cordiali saluti.
Allegato	CHIARIMENTO_3.pdf p.7/m

Dimensioni: 56 KB	
Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): bY3vg02LNgbwoDXsoAhdBQ== Hash(SHA-1-Hex): 6967bc8b3c8bbe606b130b8619549cef06f81ef Hash(SHA-256-Hex): 70817bbcb989339f8c2a96436187742- 5222cc1e279e96007180a7abbad94a3a9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Id Messaggio	77516656
Data di invio	giovedì 23 giugno 2016 10.37.21 CEST
Mittente	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
Destinatari	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	RICHIESTA CHIARIMENTI
Testo del Messaggio	Buongiorno in relazione alla procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: Punto 2.1.2 VIDEOPROCESSORE HD, "Videoprocessore digitale in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080)" - si richiede se, pur essendo il processore in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080) con teste di telecamera HDTV, sia necessario il formato in 16:9 (1920*1080) o semplicemente la gestione dei segnali 1080i e 1080p non essendo i CDD degli endoscopi in formato 16:9. Punto 2.1.7 VIDEOENDOSCOPI, VIDEOODUODENOSCOPIO HD, "Visione HD a colori, con funzioni per la visualizzazione del pattern vascolare" - si sottolinea che la richiesta identifica una sola azienda. Punto 2.1.7 VIDEOENDOSCOPI, VIDEOODUODENOSCOPIO HD, "Angolo di visione di almeno 100° (10° retrovisione)" - si sottolinea che la richiesta dei "10° retrovisione" identifica una sola azienda. Punto 2.1.7 VIDEOENDOSCOPI, VIDEOODUODENOSCOPIO HD, "Profondità di campo indicativa da 2-4mm a 60mm" - si richiede la possibilità di variare da "2-4mm" a "2-5mm". Punto 2.1.7 VIDEOENDOSCOPI, VIDEOODUODENOSCOPIO HD, "Lunghezza utile non inferiore a 1250mm" - si richiede la possibilità di variare da "non inferiore a 1250mm" a "non inferiore a 1240mm". Punto 2.2 VIDEOPROCESSORE HD, "Videoprocessore digitale in grado di processare immagini ad alta definizione (1920*1080)" - si richiede se, pur essendo il processore in grado di processare immagini ad alta definizione

(1920*1080) con teste di telecamera HDTV, sia necessario il formato in 16:9 (1920*1080) o semplicemente la gestione dei segnali 1080i e 1080p non essendo i CDD degli endoscopi in formato 16:9? 4. SESSIONE DIMOSTRATIVA - si richiede se sia possibile utilizzare il sistema di lavaggio presente in endoscopia digestiva anche per la prova dei sistemi di videobroncoscopia Punto 3. REFERTAZIONE ESAMIE COLLEGAMENTO RIS/PACS - Considerato il fatto che le funzionalità specifiche da Voi richieste sono: - ricevere ed interpretare le informazioni anagrafiche provenienti dal RIS (tipicamente gestendo la classe di servizio WORKLIST del RIS) associandoli alla procedura endoscopica da eseguire; - esportare immagini e filmati acquisiti e memorizzati dall'operatore, durante o al termine della procedura endoscopica, restituendo al sistema RIS-PACS l'associazione delle informazioni anagrafiche ricevute prima dell'esame e di quelle diagnostiche acquisite e memorizzate durante la procedura stessa (immagini e filmati) si richiede: - al fine di garantire la massima compatibilità e facilità implementativa, di fornire alle varie aziende partecipanti l'offerta del fornitore RIS (ELCO) e del fornitore PACS (CARESTREAM) inerente i moduli richiesti in capitolato - la possibilità di invio dei filmati a uno storage di rete invece che al PACS. Rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito porgiamo cordiali saluti	
Id Messaggio	77530944
Data di invio	giovedì 23 giugno 2016 16.50.44 CEST
Mittente	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
Destinatari	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	2° RICHIESTA DI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
Testo del Messaggio	Il modello DGUE al punto B "INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" per permettere la compilazione per UN SOLO SOGGETTO, dove indicato i restanti soggetti di cui all'art. 80 Digs 50/2016 della scrivente azienda? grazie
Id Messaggio	77540356
Data di invio	venerdì 24 giugno 2016 8.46.42 CEST
Mittente	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data venerdì 24 giugno 2016 9.13.53 CEST
Oggetto del Messaggio	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
Testo del Messaggio	In allegato risposta ai chiarimenti richiesti. Cordiali saluti ti ----- Testo del messaggio originale:

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Buongiorno in relazione alla compilazione del D.GUE siamo a chiederVi le seguenti informazioni: il modello D.GUE deve essere presentato e sottoscritto da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 Digs 50/2016? Oppure solo dal soggetto che sottoscrive l'offerta di gara? e deve essere reinserito nel portale SINTEL firmato digitalmente? grazie	
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_6.pdf.p7m Dimensioni: 27 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): aZxTn2/GZ5mWXykn9ameQ== Hash(SHA-1-Hex): d620dc65a4e264b81dbc82e729ba01b65795772a Hash(SHA-256-Hex): 72b408e2a976b47acf89c3fa1d08829-714eb65ce28fad229888844b11b815bd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato 77316092 martedì 14 giugno 2016 12.33.51 CEST ASST DELLA VALCAMONICA (Formenelli Angelica) FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data martedì 14 giugno 2016 14.35.00 CEST RE: NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI. CHIARIMENTI In allegato si trasmette risposta ai chiarimenti richiesti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: - In relazione al requisito di capacità economico-finanziaria realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, siamo a chiederVi di confermare che per "ricavi" sia da intendersi l'importo del fatturato annuo realizzato "specificatamente per fornitura/noleggio delle apparecchiature oggetto dell'appalto". - Si chiede di confermare che, per ciò che concerne la capacità tecnica e professionale, debbano essere presi in esame gli anni 2013-2014-2015 e non, come indicato alla pagina 5 del Disciplinare di gara gli esercizi 2013-2014-2015, in quanto l'esercizio 2015 potrebbe non essere ancora stato approvato e depositato. - Non essendo specificate le modalità di prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, con la presente siamo a chiederVi di
<i>Id Messaggio</i>	
<i>Data di invio</i>	
<i>Mittente</i>	
<i>Destinatari</i>	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	
<i>Testo del Messaggio</i>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

elenare i documenti che l'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto. Restando in attesa di un cortese riscontro, siamo a porgerVi cordiali saluti.	
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_1.pdf.p7m Dimensioni: 28 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): FTa0snXV9NFtcG7vLaS7Cg== Hash(SHA-1-Hex): 54ac488bb0a0da3aee3b2882f4e9c7a31dc7ee20 Hash(SHA-256-Hex): c68f70a3a212ddfb602d342559da4ba-b1a1e76e7d3ee93801aa193195491b22 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato 77473438 martedì 21 giugno 2016 16.16.12 CEST ASE SRL (ASE SRL) Formenelli Angelica (Formenelli Angelica), non ricevuto Chiaramento "Refertazione esami e collegamento RIS/PACS" Buongiorno, in relazione alla richiesta di fornitura di sistemi in grado di interfacciarsi ed integrarsi con i sistemi RIS(Polaris,Elco) e PACS (Caresream), siamo a chiederVi di confermare o meno che gli eventuali costi che tali Dite potranno sostenere, siano a carico della stazione appaltante. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	77319040
<i>Data di invio</i>	martedì 14 giugno 2016 14.36.03 CEST
<i>Mittente</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA)
<i>Destinatari</i>	Formenelli Angelica (Formenelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA - Chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Relativamente ai documenti da produrre in caso di avallimento, siamo a chiederVi conferma che, in caso l'Impresa Ausiliaria avesse sede all'estero, la documentazione prodotta dalla

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

stessa possa essere firmata in cartaceo, scansionata ed allegata ai documenti di gara, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta digitalmente dal firmatario dell'offerta. Restando in attesa di un cortese riscontro, siamo a porgervi cordiali saluti.	
<i>Id Messaggio</i>	77391076
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 giugno 2016 9.18.38 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15.47.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA - Chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato si trasmette risposta al chiarimento richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Relativamente ai documenti da produrre in caso di avallimento, siamo a chiedervi conferma che, in caso l'impresa Ausiliaria avesse sede all'estero, la documentazione prodotta dalla stessa possa essere firmata in cartaceo, scansionata ed allegata ai documenti di gara, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta digitalmente dal firmatario dell'offerta. Restando in attesa di un cortese riscontro, siamo a porgervi cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_2.pdf.p7m Dimensioni: 24 KB Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI Hash(MD5-Base64): 6eGYUZyZtKWc8G3B7KY5g== Hash(SHA-1-Hex): 3e47909ee6e2013824200fc4523e60717a58af2a Hash(SHA-256-Hex): a4c4d1b1bc453eb9ad9e5672fe833f3ff5af8718aa652a3ad895cf67bc8537 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	78477514
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 agosto 2016 11.53.17 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE, PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Devinatari PENTAX Italia S.r.l. (PENTAX Italia S.r.l.), ricevuto in data martedì 23 agosto 2016 10.02.16 CEST; FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15.47.57 CEST; OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15.58.15 CEST	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FASE:SORTEGGIO 10% DEI FORNITORI
<i>Testo del Messaggio</i>	In data odierna è stata effettuata l'apertura delle buste amministrative, con esito positivo per tutti e tre gli operatori economici partecipanti. Il sistema ha effettuato il sorteggio relativo all'operatore economico che deve presentare i documenti di comprova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'operatore economico sorteggiato è: FUJIFILM ITALIA SPA Tale operatore dovrà presentare entro e non oltre la data del 14 agosto 2016 la seguente documentazione: preferibilmente via pec o tramite sistema SINTEL: - per la capacità economico-finanziaria: presentazione di bilancio, o estratto di bilancio, dal quale si rilevi il fatturato specifico, corredato dall'elenco delle principali forniture o servizi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari; - per la capacità tecnica: elenco delle riparazioni eseguite negli anni 2013/2014/2015 corredato dall'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Cordiali saluti. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	78317654
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 luglio 2016 10.53.46 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2016 15.47.40 CEST; PENTAX Italia S.r.l. (PENTAX Italia S.r.l.), ricevuto in data martedì 23 agosto 2016 10.01.36 CEST; OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 28 luglio 2016 14.54.43 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che in data 4.8.2016 alle ore 10.00 c/o gli uffici del Servizio Ingegneria Clinica - PO di Esine, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste amministrative tramite piattaforma SINTEL. Cordiali saluti Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	78485887
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 agosto 2016 15.50.06 CEST
<i>Mittente</i>	FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE.
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Oggetto del Messaggio		RE: FASE:SORTEGGIO 10% DEI FORNITORI
Testo del Messaggio		Facendo seguito alla Vs. richiesta di documenti, siamo a tra- smetterVi quanto in allegato. Cordiali saluti. FUJIFILM Ita- lia S.p.A. Ufficio Gare ----- Testo del messaggio originale: In data odierna è stata effettuata l'apertu- ra delle buste amministrative, con esito positivo per tutti e tre gli operatori economici partecipanti. Il sistema ha effettuato il sorteggio relativo all'operatore economico che deve presenta- re i documenti di comprova della capacità economico-finan- ziaria e tecnico-professionale. L'operatore economico sorteg- giato è: FUJIFILM ITALIA SPA Tale operatore dovrà presen- tare entro e non oltre la data del 14 agosto 2016 la seguente do- cumentazione, preferibilmente via pec o tramite sistema SIN- TEL: - per la capacità economico-finanziaria: presentazione di bilancio, o estratto di bilancio, dal quale si rilevi il fatturato specifico, corredato dall'elenco delle principali forniture o ser- vizi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari; - per la capacità tecnica: elenco delle riparazioni eseguite negli anni 2013/2014/2015 corredato dall'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Cordiali saluti. Il RUP
Allegato		Documenti a comprova.zip
		Dimensioni: 4 MB
		Firmatari: Documento non firmato
		Hash(MD5-Base64): IFz9BhgM4-HLEKZuQOMBLhg==
		Hash(SHA-1-Hex): 9efb1d8f01ca57b9bcb6a65607502da2b0fc5862
		Hash(SHA-256-Hex): 749a4b581e8b14c687441e57b17614f- 19d7c22eb829f6c01ed5dc48cc03713
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto
		Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio		80981426
Data di invio		giovedì 24 novembre 2016 11.23.49 CET
Mittente		ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari		OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 24 novembre 2016 11.41.15 CET; FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), non ricevuto; PENTAX Italia S.r.l. (PENTAX Italia S.r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio		APERTURA BUSTE ECONOMICHE

Report della Procedura PROCEDURA APERTA TELEMATICA. PER L'AFFIDAMEN-
TO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE.
PER UN PERIODO DI 6 ANNI n. 77072580 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Testo del Messaggio		Con la presente si comunica che in data 5.12.2016 alle ore 10.00 c/o gli uffici del Servizio Ingegneria Clinica - PO di Esine, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste eco- nomiche tramite piattaforma SINTEL. Cordiali saluti
Id Messaggio		78545511
Data di invio		lunedì 8 agosto 2016 11.36.55 CEST
Mittente		ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari		OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì 13 settembre 2016 12.57.18 CEST; FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), non ricevuto; PENTAX Italia S.r.l. (PENTAX Italia S.r.l.), ricevuto in data martedì 23 agosto 2016 10.02.18 CEST
Oggetto del Messaggio		VERIFICA BUSTE TECNICHE
Testo del Messaggio		Con la presente si comunica che nella giornata di mercoledì 17 agosto alle ore 10.00 il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica della presenza della documentazione della busta tecnica. Cordiali saluti
Id Messaggio		78805286
Data di invio		lunedì 29 agosto 2016 15.16.25 CEST
Mittente		ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
Destinatari		PENTAX Italia S.r.l. (PENTAX Italia S.r.l.), ricevuto in data lunedì 26 settembre 2016 15.10.39 CEST; FUJIFILM Italia SpA (FUJIFILM Italia SpA), non ricevuto; OLYMPUS ITA- LIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITA- LIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì 13 settembre 2016 12.57.20 CEST
Oggetto del Messaggio		ESECUZIONE PROVA PRATICA
Testo del Messaggio		Con la presente si trasmettono in allegato le modalità di esecu- zione della prova pratica, secondo quanto indicato dalla Com- missione Giudicatrice. Cordiali saluti
Allegato		LETTERA PER PROVA PRATICA.pdf
		Dimensioni: 73 KB
		Firmatari: Documento non firmato
		Hash(MD5-Base64): ng3s1F-RB1HnqMukF8gtvA==
		Hash(SHA-1-Hex): 5b824581883e5f2527ef62793c469dc7d0d47d43

Hash(SHA-256-Hex): 99244dddb0d5451aae9f5c6102b06fc- 5512b046933c79a98f5036888f225e813	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	79409843
<i>Data di invito</i>	lunedì 26 settembre 2016 12.06.20 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Formentelli Angelica)
<i>Destinatari</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data lunedì 26 settembre 2016 15.12.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ESECUZIONE PROVA PRATICA
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato quanto richiesto. ----- Te- sto del messaggio originale: Buongiorno in relazione al Vo- stro invito per effettuare la prova pratica siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: Questo 1 Nel caso in cui l'azienda par- tecipante abbia offerto la colonna con la medesima configura- zione sia per endoscopia digestiva che per la broncoscopia, è possibile utilizzare la medesima colonna oppure si dovrà prov- vedere a portarne due? Questo 2 Evidenziamo che non è stato richiesto di portare in dimostrazione il gastroscopio operativo nonostante sul mercato esistano notevoli differenze qualitati- ve tra gli strumenti delle varie aziende. E' possibile farlo ag- giungere alla strumentazione da dimostrare? Questo 3 Per la prova pratica della broncoscopia viene richiesto di portare n.2 strumenti identici. Trattasi di un rifiuto? Rimanendo in aue- sa di un Vostro gentile riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti ----- Testo del messaggio origi- nale: Con la presente si trasmettono in allegato le modalità di esecuzione della prova pratica, secondo quanto indicato dalla Commissione Giudicatrice. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTO_PROVA PRATICA.pdf.p7m
Dimensioni: 27 KB	
Firmatari: ANGELICA FORMENTELLI	
Hash(MD5-Base64): l9nb8T7xT1aMMOVdY8ikQ==	
Hash(SHA-1-Hex): df4f58b7d52ef67e911bbcd008c7d5d85a3e5f85	
Hash(SHA-256-Hex): ded56dca7b12d8f5988c04a8e267b48- 12adf9a81bbe32ba8890a5789deda8943	

Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	79290737
<i>Data di invito</i>	martedì 20 settembre 2016 14.29.32 CEST
<i>Mittente</i>	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE (OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	Formentelli Angelica (Formentelli Angelica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ESECUZIONE PROVA PRATICA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in relazione al Vostro invito per effettuare la pro- va pratica siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: Questo 1 Nel caso in cui l'azienda partecipante abbia offerto la colonna con la medesima configurazione sia per endoscopia digestiva che per la broncoscopia, è possibile utilizzare la medesima co- lonna oppure si dovrà provvedere a portarne due? Questo 2 Evidenziamo che non è stato richiesto di portare in dimostra- zione il gastroscopio operativo nonostante sul mercato esista- no notevoli differenze qualitative tra gli strumenti delle varie aziende. E' possibile farlo aggiungere alla strumentazione da dimostrare? Questo 3 Per la prova pratica della broncoscopia viene richiesto di portare n.2 strumenti identici. Trattasi di un rifiuto? Rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si trasmettono in allegato le modalità di esecuzione della prova pratica, se- condo quanto indicato dalla Commissione Giudicatrice. Cor- diali saluti

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica
Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal **29 DIC. 2016**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)



[Signature]

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. **76** (**settantasei**) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, **29 DIC. 2016**

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)



[Signature]